



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ταχ. Διεύθυνση: Χώρα Νάξου
ΤΚ: 84300
Πληροφορίες: Κοντοπούλου Δέσποινα
Τηλέφωνο: 22853-60506
E-mail: dkontopoulou@naxoshospital.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 2β, 4 και 9 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016).
4. Την με αρ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών».
5. Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α'81/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
6. Τον Ν.3580/07 (ΦΕΚ 134 Α/18-6-2007) : Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις, του άρθρου 13 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α' 31) και της υπουργικής απόφασης 8/2010 (ΦΕΚ Β' 777)
7. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
8. Τον Νόμο 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 143/Α/2014),28.06.2014
9. Το άρθρο 27 παρ.4, περ. α) και β) του ν.4472/2017 (ΦΕΚ.Α'74/19-05-2017, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 (περ. β) του τέταρτου άρθρου του Ν. 4542/18, ΦΕΚ-95 Α/1-6-18 και ισχύει.
10. Την με Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.: 11172/7-3-2025 Υπουργική Απόφαση «Λήξη της θητείας της Αναπληρώτριας Διοικήτριας του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ (διασυνδεδεμένου με το Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ και ΠΡΩΙΟ»), ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑΣ και διορισμός νέου Αναπληρωτή Διοικητή, ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΜΙΧΑΗΛ» ΦΕΚ 213/12-3-2025 ΥΟΔΔ

11. Την με Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.12501/14-3-2025 Υπουργική Απόφαση «Διορισμός κοινού Διοικητή στα διασυνδεδεμένα Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» & Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, του ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ», ΦΕΚ 283/21-3-2025 ΥΟΔΔ
12. Την με Αριθμ. 3927/22-04-2025 Απόφαση του Κοινού Διοικητή των Διασυνδεδεμένων Γ. Ν. Σύρου “ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ ” και Γ.Ν. – Κ. Υ. Νάξου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής στον Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου κ. Μιχαήλ Ι. Τσαντουλή (ΦΕΚ 2225 Β/08-05-2025). Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αν. Διοικητή του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου, οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας της Νοσοκομειακής Μονάδας, χωρίς αυτό να συνιστά δικαίωμα παράλληλης άσκησης καθηκόντων.
13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 442/15-01-2026 πρωτογενές αίτημα του Αναισθησιολογικού Τμήματος του ΓΝ-ΚΥ Νάξου για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του (ΑΔΑΜ 26REQ018459901).
14. Την υπ’ αριθμ. 43/2026 απόφαση Δ.Σ. των Διασυνδεδεμένων Νοσοκομείων ΓΝ Σύρου και ΓΝ-ΚΥ Νάξου περί έγκριση σκοπιμότητας, δαπάνης και διαδικασίας προμήθειας με ΑΔΑ 9ΡΨΔ469070-ΘΡΜ.
15. Την υπ’ αριθμ. 89/2026 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ 98ΡΔ469Η2Ο-ΔΟΓ
16. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 26REQ018465469

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο, σε υποβολή προσφοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Αναισθησιολογικού Τμήματος του ΓΝ-ΚΥ Νάξου, προϋπολογισθείσας δαπάνης **4.985,33€** όπου συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.13% και 24%.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ :

Το Γενικό Νοσοκομείο- Κέντρο Υγείας Νάξου, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που εδρεύει στην Χώρα της Νάξου, Τ.Κ. 84300, με ΑΦΜ 123456789 και **Κωδικό Αναθέτουσας Αρχής Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΑΑΗΤ): 1015.Ε00860.0001**, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και ειδικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης για την προμήθεια **υγειονομικού υλικού** για τις ανάγκες του Αναισθησιολογικού Τμήματος του ΓΝ-ΚΥ Νάξου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, όπως και τα λοιπά έγγραφα που περιγράφονται και σχετίζονται με την καταλληλότητα του οικονομικού φορέα.

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια **υγειονομικού υλικού** για τις ανάγκες του Αναισθησιολογικού Τμήματος του ΓΝ-ΚΥ Νάξου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον πίνακα παρακάτω:

ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ								
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α. (€)	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α.	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. (€)
1	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Νο 2	ΤΜΧ	3	1,50	4,50	24%	1,08	5,58
2	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Νο 2,5	ΤΜΧ	3	1,50	4,50	24%	1,08	5,58
3	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Νο 3	ΤΜΧ	3	1,50	4,50	24%	1,08	5,58
4	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Νο 3,5	ΤΜΧ	3	1,50	4,50	24%	1,08	5,58
5	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Νο 4	ΤΜΧ	3	1,50	4,50	24%	1,08	5,58
6	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Νο 4,5	ΤΜΧ	3	1,50	4,50	24%	1,08	5,58
7	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Νο 5	ΤΜΧ	3	1,50	4,50	24%	1,08	5,58
8	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Νο 5,5	ΤΜΧ	3	1,50	4,50	24%	1,08	5,58
9	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Νο 6	ΤΜΧ	6	1,50	9,00	24%	2,16	11,16
10	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Νο 6,5	ΤΜΧ	6	1,50	9,00	24%	2,16	11,16
11	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Νο 7	ΤΜΧ	50	1,50	75,00	24%	18,00	93,00
12	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Νο 7,5	ΤΜΧ	50	1,50	75,00	24%	18,00	93,00
13	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Νο 8	ΤΜΧ	20	1,50	30,00	24%	7,20	37,20
14	ΛΑΜΑ ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ MEDIUM	ΤΜΧ	5	15,00	75,00	24%	18,00	93,00
15	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Νο 00	ΤΜΧ	3	0,52	1,56	24%	0,37	1,93
16	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Νο 0	ΤΜΧ	3	0,52	1,56	24%	0,37	1,93
17	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Νο 1	ΤΜΧ	3	0,52	1,56	24%	0,37	1,93
18	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Νο 3/80 mm	ΤΜΧ	50	0,52	26,00	24%	6,24	32,24

26PROC018490466 2026-02-17

19	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Νο 3/90 mm	TMX	250	0,52	130,00	24%	31,20	161,20
20	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Νο 4/100mm	TMX	10	0,52	5,20	24%	1,25	6,45
21	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΜΕ ΕΝΖΥΜΑ	ΚΙΛΟ	3	15,00	45,00	6%	2,70	47,70
22	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Νο 6,5	TMX	10	4,40	44,00	13%	5,72	49,72
23	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Νο 7	TMX	10	4,40	44,00	13%	5,72	49,72
24	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Νο 7,5	TMX	10	4,40	44,00	13%	5,72	49,72
25	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Νο 8	TMX	10	4,40	44,00	13%	5,72	49,72
26	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Νο 8,5	TMX	10	4,40	44,00	13%	5,72	49,72
27	ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ Νο 10	TMX	70	1,50	105,00	24%	25,20	130,20
28	ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ AVANCE	TMX	10	7,90	79,00	24%	18,96	97,96
29	ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ	TMX	200	1,30	260,00	24%	62,40	322,40
30	ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΤΩΝ 5 LT	ΜΠΕΤΟΝΙΑ	2	3,00	6,00	24%	1,44	7,44
31	ΜΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ VENTILOGIC	TMX	2	30,61	61,22	24%	14,69	75,91
32	ΔΙΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ VENTILOGIC	TMX	2	59,00	118,00	24%	28,32	6,80
33	ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ LED	TMX	1	120,00	120,00	24%	28,80	148,80
34	ΛΑΜΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ Νο 4	TMX	1	88,00	88,00	24%	21,12	109,12
35	ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Fashtrack Νο 3	TMX	2	40,00	80,00	24%	19,20	99,20
36	ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Fashtrack Νο 4	TMX	3	40,00	120,00	24%	28,80	148,80
37	ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Fashtrack Νο 5	TMX	3	40,00	120,00	24%	28,80	148,80
38	ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Supreme Νο 2	TMX	2	30,00	60,00	24%	14,40	74,40

39	ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Supreme No 3	TMX	2	30,00	60,00	24%	14,40	74,40
40	ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Supreme No 4	TMX	2	30,00	60,00	24%	14,40	74,40
41	ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Supreme No 5	TMX	2	30,00	60,00	24%	14,40	74,40
42	ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ	TMX	35	25,00	875,00	24%	210,00	1.085,00
43	ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΓΡΩΝ	TMX	10	25,00	250,00	24%	60,00	310,00
44	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	ΜΕΤΡΟ	30	2,10	63,00	24%	15,12	78,12
45	TRANSDUCER ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ	TMX	15	18,00	270,00	24%	64,80	334,80
46	ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΣ (ΖΕΥΓΟΣ)	ΖΕΥΓΟΣ	4	25,00	100,00	24%	24,00	124,00
47	AMBU	TMX	3	58,00	174,00	24%	41,76	215,76
48	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΨΑΡΑΚΙΑ)	TMX	10	0,20	2,00	24%	0,48	2,48
49	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ	TMX	2	12,00	24,00	24%	5,76	29,76
50	ΣΕΤ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ	ΣΕΤ	2	5,00	10,00	24%	2,40	12,40
51	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ	TMX	120	0,31	37,20	13%	4,84	42,04
52	ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ 5 ΠΟΛΙΚΟ, ΣΥΝΒΑΤΟ ΜΕ MONITOR TRIONARA VITUS	TMX	1	220,00	220,00	24%	52,80	272,80
ΣΥΝΟΛΑ					4.162,30		962,55	4.985,33

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΜΗΜΑ 1-13 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ (CUFF)

Ο ενδοτραχειακός σωλήνας να είναι μιας χρήσης, κατασκευασμένος από PVC, με αεροθάλαμο (cuff) κυλινδρικού σχήματος Hi volume – Low pressure.

Ως επιπλέον χαρακτηριστικό ασφαλείας να διαθέτει πλάγια οπή (Murphy eye).

Να διαθέτει λευκή ακτινοσκοπική γραμμή έως το κατωφερέστερο άκρο του, η οποία να μην διακόπτεται από την οπή Murphy.

Να διαθέτει μαύρο ακτινοσκοπικό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα 1 εκατοστό πάνω από το cuff για την ένδειξη σωστής τοποθέτησης.

Να δύναται να χρησιμοποιηθεί για στοματική και ρινική διασωλήνωση.

Να έχει βέλτιστη αναλογία εξωτερικής προς εσωτερική διάμετρο η οποία να κυμαίνεται από 1,32 έως 1,34 ώστε, σε ασθενείς με μικρό άνοιγμα γλωττίδας καθώς και σε περιπτώσεις

ρινοτραχειακής διασωλήνωσης, να είναι δυνατή η επιλογή ενδοτραχειακού σωλήνα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εσωτερική διάμετρο.

Να αναγράφεται στον προϊόντικό κατάλογο του κατασκευαστή – ο οποίος και να κατατεθεί- η εξωτερική και εσωτερική διάμετρος του σωλήνα.

Να διαθέτει αποσπώμενο συνδετικό 15 mm . Το συνδετικό να φέρει και στις δυο πλευρές του, συμμετρικές εγκοπές για την ασφαλή, εύκολη και γρήγορη χρήση της ταινίας (φακαρόλα) σταθεροποίησης του σωλήνα.

Να είναι αποστειρωμένος, Latex-free. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας.

Να είναι διαθέσιμος σε μεγέθη από 2 ως 8 ανά μισό.

ΤΜΗΜΑ 14: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ INSIGHTERS IS3 ΜΕΓΕΘΟΥΣ MEDIUM

Οι προσφερόμενες λάμες να είναι αποστειρωμένες, να είναι μιας χρήσης, να είναι σχεδιασμένες αποκλειστικά για χρήση με το video λαρυγγοσκόπιο Insighters IS3. Να παρέχουν καθαρή και ευρεία οπτική απεικόνιση για ασφαλή διασωλήνωση σε περιβάλλοντα ΜΕΘ, ΤΕΠ και Χειρουργείων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Συμβατότητα Πλήρως συμβατές με το video λαρυγγοσκόπιο Insighters IS3.

Τύπος μίας χρήσης, αποστειρωμένες, μη επαναχρησιμοποιούμενες.

Υλικό Κατασκευής Ανθεκτικό πολυμερές ιατρικής χρήσης (ABS), χωρίς latex ή φθαλικές ενώσεις.

Οπτικό Πεδίο Ενσωματωμένο οπτικό κανάλι με αντιθαμβωτική προστασία για καθαρή απεικόνιση.

Αποστείρωση Μέθοδος ΕΟ ή Gamma. Σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.

Σήμανση ,κάθε λάμα φέρει ένδειξη "Single Use Only" και αριθμό παρτίδας (LOT).

Χρήση Αποκλειστικά για μία χρήση. Απόρριψη μετά τη χρήση σύμφωνα με τις διαδικασίες διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων.

ΤΜΗΜΑ 15-20: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ

Αεραγωγοί στοματοφαρυγγικοί, αποστειρωμένοι, σύμφωνα με τα iso και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

- Να φέρουν σήμανση CE.
- Να είναι κατασκευασμένοι από ημίσκληρο μη τοξικό πολυαιθυλενικό υλικό.
- Να φέρουν διαφορετική χρωματιστή ένδειξη ανά διάσταση.
- Να είναι ενισχυμένοι ώστε να μην καταστρέφονται με τα δόντια.
- Να είναι ατραυματικοί, εύκαμπτοι, με ανατομικό σχήμα και στρογγυλεμένα άκρα.
- Να μην περιέχουν latex (ένδειξη LATEX FREE στη συσκευασία).
- Να είναι μιας χρήσεως.
- Να είναι ατομικά αποστειρωμένοι.

Να είναι διαθέσιμοι στα ακόλουθα μεγέθη και mm (00, 0, 1, 2, 3/80 mm, 3/90 mm, 4/100 mm).

ΤΜΗΜΑ 21: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΜΕ ENZYMA

Να είναι κατάλληλη για την απολύμανση των χειρουργικών εργαλείων, εύκαμπτων και άκαμπτων ενδοσκοπίων.

Να είναι συμβατή με ανοξείδωτο ατσάλι, γυαλί, ξύλο, κεραμικό, σιλικόνη και πλαστικό.

Να είναι κατάλληλο για χρήση με βυθισμό.

Να περιέχει ένζυμα για επιπλέον καθαριστική δράση, να έχει ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα.

Να είναι βιοδιασπώμενη.

Να έχει καθαριστικές, απολυμαντικές και αποστειρωτικές ιδιότητες.

Να διαλύεται πλήρως στο νερό. Το ενεργό διάλυμα να είναι διάφανο επιτρέποντας την οπτική παρακολούθηση των εργαλείων κατά το χειρισμό τους και να παραμένει ενεργό για 24 ώρες.

Τα ένζυμα (αμυλάση, πρωτεάση, λιπάση) που θα περιέχονται στη σύνθεσή της να αυξάνουν τις καθαριστικές ιδιότητες επιταχύνοντας την απομάκρυνση του αίματος, πρωτεΐνης, και λίπους και να έχει αντιδιαβρωτικούς παράγοντες. pH 8-9.

ΤΜΗΜΑ 22-26: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ

Οι ρινοφαρυγγικοί αεραγωγοί να είναι κατασκευασμένοι από εύκαμπτο υλικό, ενώ το εσωτερικό τους να διαθέτει ραβδώσεις για ακόμη καλύτερη αναρρόφηση. Οι ρινοφαρυγγικοί αεραγωγοί να μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια, ώστε να διατηρηθεί η αναπνευστική κυκλοφορία.

Η γκάμα μεγεθών να καλύπτει τις ανάγκες χρήσης σε ασθενείς όλων των ηλικιών και να διατίθεται σε αποστειρωμένες συσκευασίες ανά τεμάχιο.

Μεγέθη:

Ch.26 I.D. 6.5mm - O.D. 8.7mm

Ch.28 I.D. 7mm - O.D. 9.3mm

Ch.30 I.D. 7.5mm - O.D. 10mm

Ch.32 I.D. 8mm - O.D. 10.7mm

Ch.34 I.D. 8.5mm - O.D. 11.3mm

ΤΜΗΜΑ 27: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ

Εύκαμπτος, μεταλλικός με πλαστική επικάλυψη σε ολόκληρο το μήκος του, και με απαλή επιφάνεια.

Να διαθέτει κεκκαμένη λαβή και να είναι κατάλληλος για χρήση σε ενδοτραχειακούς σωλήνες ενηλίκων.

Να διαθέτει λαβή σε σχήμα σπείρας, για τον ευκολότερο και ασφαλή χειρισμό του, ιδίως κατά την αφαίρεση του ώστε να μην επηρεάζεται η θέση του ενδοτραχειακού σωλήνα.

Να καταλήγει σε κοίλο μαλακό άκρο ώστε να είναι ατραυματικός.

Να είναι αποστειρωμένος και να προορίζεται για μια χρήση.

Να διατίθεται σε μέγεθος 10.

Να είναι Latex Free.

ΤΜΗΜΑ 28: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ S/5 AVANCE

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ 3 ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟ

Κύκλωμα αναισθησίας ενηλίκων αποστειρωμένο από PVC, να αποτελείται από 3 σωλήνες 1,80 μήκους, να έχει συνδετικό Y swivel, επίσης να έχει συνδετικό γωνιώδες μήκους με υποδοχή για καπνογράφο, να έχει συνδετικό ασκού ευθύ και ασκό 2 λίτρων χωρίς λάτεξ και να είναι απαλλαγμένο από φθαλικά άλατα.

Να είναι με λεία εσωτερική επιφάνεια για να μην κρατάει υδρατμούς, να έχει σπιράλ σε όλο το μήκος του σωλήνα και να έχει μαλακά συνδετικά για καλή τοποθέτηση στο αναισθησιολογικό μηχανήμα.

ΤΜΗΜΑ 29: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΩΔΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ (ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ, AMBU, ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ)

Να είναι διπλής περιστροφής (double swivel), προεκτεινόμενο, με μήκος 14-20cm.

Να είναι αποστειρωμένο και latex free.

Ο νεκρός όγκος να μην είναι πάνω από 40ml και βάρους όχι πάνω από 25g.

Να διαθέτει θύρα τουλάχιστον 3.5mm για βρογχοσκόπηση και αναρρόφηση.

ΤΜΗΜΑ 30: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΝΑΣΤΡΑΣΒΕΣΤΟ

Να περιέχει έως και 1.5 % νάτριο. Να μην ταξινομείται ως καυστική (non caustic)

Να αποτελείται εξολοκλήρου από στρογγυλά σφαιρίδια, όμοιας διαμέτρου 3-4mm, που έχουν υποστεί επεξεργασία, προκειμένου να ελαχιστοποιείται η σκόνη μέσα στο κάνιστρο (προστασία των μηχανημάτων τού δημοσίου και αποφυγή να εισχωρήσει η σκόνη στο κύκλωμα τού ασθενούς), ενώ το στρογγυλό σχήμα και η ομοιόμορφη διάμετρος των κόκκων να επιτρέπει τη σταθερή πλήρωση όλου τού κάνιστρου, με αποτέλεσμα μια πιο ομοιόμορφη ροή αερίων μέσω του απορροφητή και την εκμετάλλευση όλου του όγκου τού κάνιστρου. Λόγω του σφαιρικού ομοιόμορφου σχήματος και της ίδιας διαμέτρου των κόκκων της να δύναται να πληροί εξαγωνο πακετάρισμα (Hexagonal Close Packing) μέσα στο κάνιστρο, που σημαίνει ομοιόμορφο στρώσιμο των κόκκων στο κάνιστρο, ομοιόμορφη αντίσταση ροής και συνεπώς ομοιόμορφη ροή των αερίων και ομοιόμορφη εξάντληση με άριστη απορρόφηση CO₂.

Να διατηρεί την υγρασία μέσα στο κάνιστρο σε επίπεδο 2%, ώστε να μην ξηραίνεται και να μην αυξάνεται η θερμότητα στο κάνιστρο, καταστάσεις που ευνοούν την αποδόμηση των πτητικών αναισθητικών (π.χ σεβοφλουράνιο, δεσφλουράνιο).

Να διατηρεί την ωφέλιμη υγρασία της, ώστε να μην ξηραίνεται και ελαχιστοποιεί το ρίσκο παραγωγής συμπλόκου A (Compound A) και μονοξειδίου (CO)

Να περιέχει παράγοντα ζεόλιθο ή άλλον παράγοντα, που συμβάλει στη μείωση τού κινδύνου ξήρανσης.

Σε συσκευασία μπετόνι 5 λίτρα.

ΤΜΗΜΑ 31: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ VENTIOLOGIC

Μονό Αναπνευστικό Κύκλωμα για τύπου Ventilogic, 22mm με βαλβίδα εκπνοής.

ΤΜΗΜΑ 32: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ VENTIOLOGIC

Σωλήνας διπλού κυκλώματος κατάλληλος για αναπνευστήρα τύπου Ventilogic Ls με βαλβίδα εκπνοής.

ΤΜΗΜΑ 33: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ LED

Λαβή λαρυγγοσκοπίου πολλαπλών χρήσεων σε μέγεθος ενηλίκων, το οποίο να εξασφαλίζει πολύ καλή οπτική κατά τη διασωλήνωση, διευκολύνοντας τη σωστή τοποθέτηση του ενδοτραχειακού σωλήνα. Να διαθέτει φωτισμό τύπου LED και να φέρει το λαμπάκι στη λαβή ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερος φωτισμός σε σχέση με τα λαρυγγοσκόπια τύπου standard. Ο φωτισμός LED να είναι έντασης τουλάχιστον 5000 Lux και χρόνο λειτουργίας πάνω από 10.000 ώρες ώστε να εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής στη λάμπα χωρίς να απαιτείται συχνή αντικατάσταση. Η λαβή να είναι τύπου fiberoptic και να δέχεται λάμες λαρυγγοσκοπίου μίας χρήσης ή πολλαπλών χρήσεων.

ΤΜΗΜΑ 34: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ LED

Λάμες λαρυγγοσκοπίου πολλαπλών χρήσεων τύπου Fiber-optic των οποίων το οπτικό κανάλι δεν αποσπάται μειώνοντας το κίνδυνο για λοιμώξεις λόγω των λιγότερων σημείων που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή. Να είναι τύπου Macintosh και να φέρουν οπτικό κανάλι διαμέτρου 4,5mm, αποτελούμενο από 6.500 οπτικές ίνες ώστε να επιτυγχάνεται άριστη μεταφορά φωτός από τη λαβή στο άκρο της λάμας. Η λάμα να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και να διατίθεται στις παρακάτω διαστάσεις. Μήκος: 155 mm και πλάτος 14 mm για το μέγεθος 4.

ΤΜΗΜΑ 35-41: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Fashtrack, Supreme μίας χρήσεως

Σχεδιασμένες για αναμενόμενες ή μη αναμενόμενες δύσκολες καταστάσεις αεραγωγού και για καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Ο αεραγωγός LMA Fashtrack επιτρέπει τον συνεχή αερισμό και τη διασωλήνωση. Η σταθερή λαβή της συσκευής επιτρέπει την εισαγωγή, αφαίρεση και ρύθμιση με το ένα χέρι για την ενίσχυση της οξυγόνωσης και της ευθυγράμμισης με τη γλωττίδα.

Latex free

Αποστειρωμένος

Μίας χρήσης

Να διατίθεται στα εξής νούμερα ή μεγέθη: 3, 4 και 5

Ο αεραγωγός LMA Supreme είναι ένας αεραγωγός που διαθέτει και γαστρική πρόσβαση, δεύτερης γενιάς με αποτελεσματική πρώτη φραγή και δεύτερη φραγή. Η τοποθέτηση και η επιβεβαίωση της δεύτερης φραγής μπορεί να γίνει εύκολα, αυξάνοντας την ασφάλεια και προσφέροντας νέα δεδομένα φροντίδας τόσο για επεμβάσεις ρουτίνας όσο και για πιο απαιτητικές επεμβάσεις. Ο αεραγωγός LMA Supreme να μπορεί να προσφέρει μετρημένες στοματοφαρυγγικές πιέσεις διαρροής μέσου όρου 37 cm H₂O. Ο αεραγωγός LMA Supreme επιτρέπει την παθητική αποστράγγιση ή την ενεργητική διαχείριση των περιεχομένων του πεπτικού συστήματος ανεξάρτητα από τον αερισμό.

Να διατίθεται στα εξής μεγέθη: 2, 3, 4 και 5

ΤΜΗΜΑ 42: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ MISTRAL AIR S/N

Με ανακλαστική ισοθερμική επιφάνεια με μεταλλική υφή (αλουμινίου), non woven στο πάνω μέρος της & non woven στην επιφάνεια επαφής με τον ασθενή

Η ανακλαστική επιφάνεια να προσφέρει 10 % πρόσθετη θερμαντική ικανότητα μειώνοντας την απώλεια θερμότητας λόγω ακτινοβολίας και συνολικά να δίνει την δυνατότητα μείωσης της απώλειας θερμοκρασίας κατά 80% σε περιβάλλον χειρουργείου

ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΛΟΣΩΜΗ

Κουβέρτα θέρμανσης ενηλίκων ολόσωμη, διαστάσεων 227x133εκ, με επιφάνεια θέρμανσης 173 x 133cm & βάρος 198gr.

Να διαθέτει πρόσθετο μη διογκούμενο, μη θερμαινόμενο πεδίο κάλυψης κάτω άκρων για πρόληψη & αποφυγή θερμικού τραυματισμού.

Να έχει ανατομική λαιμόκοψη «U» για άνεση του ασθενούς & ενσωματωμένα αναδιπλούμενα πτερύγια για σωστή στερέωση της κουβέρτας.

Να διαθέτει δύο υποδοχές του σωλήνα αέρα, μια στο κάτω μέρος και μια στο πλάι.

Οι υποδοχές σύνδεσης με το σωλήνα θέρμανσης να διαθέτουν διπλούς κρίκους ασφαλείας.

Να είναι απολύτως συμβατές με μηχανήματα "Mistral-Air".

ΤΜΗΜΑ 43: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΓΡΩΝ FLUIDO COMPACT S/N

Συσκευή ξηρής θέρμανσης αίματος και παρεχόμενων υγρών, για κανονικούς ρυθμούς ροής 5-100ml/min (300-6000ml/h).

Να έχει όγκο πλήρωσης έως 4ml.

Να διαθέτει ενσωματωμένη πλάκα αλουμινίου με επικάλυψη parylene για την μεταφορά της θερμότητας.

Να έχει προέκταση ασθενούς μήκους 400mm με clamp ροής & άκρο αρσενικό luer-lock.

Να έχει μέγιστη ροή 400ml/min.

Να λειτουργεί με πίεση έως 300mmHg.

Να είναι αποστειρωμένη, ελεύθερη latex και DEHP Free.

Να είναι απολύτως συμβατή με μηχανήματα "FLUIDO COMPACT".

ΤΜΗΜΑ 44: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

- α) Το λάστιχο να είναι εύκαμπτο, με στιλπνή εξωτερική επιφάνεια και λεία εσωτερική (για να μην προσκολλώνται υγρά στην εσωτερική επιφάνεια),
- β) Το λάστιχο να είναι διαφανές από καθαρή, πρωτογενή (virgin) και διαυγή σιλικόνη για νοσοκομειακή χρήση,
- γ) Να αντέχει έως και 200°C,
- δ) Να έχει επιμήκυνση >45%,
- ε) Να φέρει CE mark,
- στ) Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015 και 13485:2016 ή ισοδύναμα αυτών.
- ζ) Να φέρει πιστοποίηση FDA,
- η) Να είναι κατηγορίας I(ΔΥ8d/1348/2004 ΕΟΦ),
- θ) Να μην περιέχει ταλκ και ρινίσματα σιλικόνης

ΤΜΗΜΑ 45: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ Medex Abbott ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (IBP) - TRANSDUCER ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Να επιτρέπει συνεπείς και ακριβείς μετρήσεις κατά την παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης.

Να διαθέτει σωλήνα για βέλτιστη δυναμική απόκριση.

Να διαθέτει πλήρως ενσωματωμένο σχεδιασμό εξαρτημάτων ροής.

Τα σετ χορήγησης πρέπει να είναι προσυνδεδεμένα στο σετ μετατροπέα αιματηρής πίεσης.

Να είναι συμβατό με διάφορα μόνιτορ (Creative, Artema, Draeger, Trionara, Philips),

Να είναι αποστειρωμένο και συσκευασμένο ξεχωριστά.

Να είναι συμβατά με τον συνδετικό τύπου Medex Abbott

Ο περιφερικός σύνδεσμος να εξασφαλίζει ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση.

Ο σωλήνας έγχυσης να είναι κατασκευασμένος από υλικό περιβλήματος PVC για ανθεκτικότητα.

Να έχει διαφανές χρώμα για εύκολη απεικόνιση.

Να φέρει διαστάσεις όπου η διάμετρος: $4,00 \pm 0,10 \text{ mm}$ και η εσωτερική διάμετρος: $2,85 \pm 0,10 \text{ mm}$

Το μήκος του σωλήνα να είναι: 20 + 130 + 150 cm για ευελιξία και ευκολία κατά τη χρήση.

Να είναι κατάλληλο για ενήλικες, παιδιατρικούς και νεογνικούς ασθενείς.

Να είναι συσκευασμένο σε αποστειρωμένη συσκευασία.

ΤΜΗΜΑ 46: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ

Μαξιλάρια τοποθέτησης και ακινητοποίησης χεριών, βραχιόνων, ορθογωνίου παραλληλόγραμμου σχήματος, με εγκάρσιες υποδοχές βραχιόνων τύπου V, εγκοπές για τοποθέτηση παροχών, κατάλληλα για πεταλεκτομές, διαστάσεις 60,96 x 12,70 x 7,62 εκ., από αφρώδη πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας 29,1 kg / m³ συμπιεσμένα σε κενό αέρος για ευκολότερη αποθήκευση, μιας χρήσης, latex-free. Να παρέχουν προστασία και υποστήριξη στον αγκώνα, το αντιβράχιο και την ωλένη κατά τη διάρκεια λαμινεκτομών και άλλων επεμβάσεων σε πρηνή θέση του ασθενούς. Να είναι εύκαμπτες για να υποδέχονται διάφορες θέσεις βραχίονα και να διατίθενται σε ζεύγη για αριστερό και δεξί βραχίονα

ΤΜΗΜΑ 47: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ AMBU

Συσκευή ανάνηψης (ambu) σιλικόνης ενηλίκων με βαλβίδα. Η συσκευή ambu είναι πλήρως κλιβανιζόμενη στους 134°C. Διαθέτει ειδική βαλβίδα ασφαλείας με ελεγκτή υπερπίεσης στα 60cm H₂O 1600ml volume. Η συσκευή Α' βοηθειών ambu περιλαμβάνει μια μάσκα σιλικόνης No 5, ένα σωλήνα οξυγόνου 2 μέτρων και έναν ασκό 2500ml.

ΤΜΗΜΑ 48: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΨΑΡΑΚΙΑ)

Να διαθέτει δύο αρσενικά άκρα και οπή.

Να είναι αποστειρωμένο.

Η εσωτερική διάμετρος να είναι 6,35 mm

ΤΜΗΜΑ 49-50: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΣΕΤ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ ΣΕ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΟΥΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

A) Μαξιλάρι κεφαλής τετράγωνο, ενηλίκων, κατάλληλου κοίλου σχήματος, με άνοιγμα στο κέντρο για τον αερισμό και την άνεση του ασθενούς, για πρηνή και ύπτια τοποθέτηση, με εγκάρσια διαμήκη εγκοπή για στήριξη του ενδοτραχειακού σωλήνα, αποσπώμενο κεντρικό τμήμα, διαστάσεις 22,86 x 22,86 x 9,53εκ, από αφρώδη πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας 29,1 kg / m³, συμπιεσμένο σε κενό αέρος για ευκολότερη αποθήκευση, μιας χρήσης, latex-free.

B) Σετ 4τεμ δακτυλιδίων στρογγυλού σχήματος, αποσπώμενων, “honey donuts” σε διαμέτρους 22,86εκ. - 15εκ. - 10εκ. - 8εκ., με κεντρική οπή 7,62εκ. & ύψος 5,08εκ. από αφρώδη πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας 29,1 kg / m³ συμπιεσμένο σε κενό αέρος για ευκολότερη αποθήκευση, μιας χρήσης, latex-free. Το τεμάχιο αφορά το σετ διαφόρων διαμέτρων και η ενδεικτική τιμή να είναι και για τους 4 δακτύλιους.

ΤΜΗΜΑ 51: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,5 cm X9.14 m

Η ταινία να είναι υποαλλεργική, αυτοκόλλητη, χάρτινη, άριστης ποιότητας, το υλικό της να είναι από non woven τύπου Micropore.

Να μην φέρει υφασμένες ίνες ραιγιόν, να είναι με υποαλλεργική συγκολλητική ουσία κατανεμημένη ομοιόμορφα (σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα), να είναι κατάλληλη και για τα πλέον ευαίσθητα δέρματα.

Το χρώμα της να είναι λευκό, να κόβεται εύκολα με το χέρι, να μην κολλάει στα γάντια και να μην αφήνει υπολείμματα. Η συσκευασία να είναι τέτοια ώστε να προστατεύει το υλικό σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσής του. Οι επισημάνσεις που υπάρχουν στην εξωτερική συσκευασία να είναι: το περιεχόμενο, η ποσότητα, στοιχεία κατασκευαστή, η χώρα προέλευσης, το πιστοποιητικό ποιότητας (CE MARK), η ημερομηνία λήξεως του προϊόντος καθώς και ημερομηνία παραγωγής του.

ΤΜΗΜΑ 52: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ 5 ΠΟΛΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ MONITOR TRIONATA VITUS

Να έχει την δυνατότητα να μετρά το καρδιογράφημα με την χρήση 5 πολικού καλωδίου ασθενούς, το καλώδιο ασθενούς να είναι ανθεκτικό στην χρήση, οι απολήξεις να διαθέτουν κούμπωμα ασφαλείας στην σύνδεση με το ηλεκτρόδιο για την αποφυγή παραστίτων.

Να είναι συμβατό με Monitor Trionata Vitus.

ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ**1. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα**

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 44 :

ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με πεδίο εφαρμογής αντίστοιχο του προσφερόμενου είδους

ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με πεδίο εφαρμογής αντίστοιχο του προσφερόμενου είδους

ISO 13485:2016 ή ισοδύναμο - Ιατρικές συσκευές — Συστήματα διαχείρισης ποιότητας με πεδίο εφαρμογής αντίστοιχο του προσφερόμενου είδους

ISO 37001:2016 ή ισοδύναμο - Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας — Συστήματα διαχείρισης ποιότητας με πεδίο εφαρμογής αντίστοιχο του προσφερόμενου είδους

Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (M.L.A.)

Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς των υποψηφίων, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου, στην διεύθυνση: Χώρα Νάξου, Τ.Κ 84300, με δική του χρέωση. Η προμήθεια των ανωτέρω θα μπορεί να γίνεται είτε τμηματικά είτε εξ' ολοκλήρου για την ποσότητα που αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης και κατόπιν παραγγελίας από το ΓΝ-ΚΥ Νάξου στην οποία θα καθορίζεται το χρονικό διάστημα παράδοσης της παραγγελθείσας ποσότητας. **Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.**

3. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια, ΚΗΜΔΗΣ και καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, (<https://www.naxoshospital.gr>).

4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, της νόμιμης εκπροσώπησης παρακαλούμε, μαζί με την τεχνική και οικονομική προσφορά, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α'74):

Α. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

- **Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου** ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του . Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

- **Φορολογική ενημερότητα** εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

- **Ασφαλιστική ενημερότητα** εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

- Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

- Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

- **Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού**, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Β. «Τεχνική Προσφορά»

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή. Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές από τους προσφέροντες. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν δείγματα, συμπληρωματικές διευκρινήσεις και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία.

Γ. «Οικονομική Προσφορά»

Προσφορές υποβάλλονται για τα υπό προμήθεια είδη, όπως αυτά παρουσιάζονται στην εν λόγω πρόσκληση. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά, αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Η τιμή για το είδος της προσφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη τιμή από το Παρατηρητήριο τιμών και την ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη.

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α'/02.03.2011).

Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών, αυτό θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα επισυνάπτεται στην οικονομική προσφορά.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται κατ' ελάχιστο σε 180 ημερολογιακές ημέρες. Τέλος, οι προσφερόμενες τιμές να είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της συμβάσης και δεν αναπροσαρμόζονται.

5. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ήτοι χαμηλότερη τιμή).

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο δέχεται τις προσφορές **ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ** μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή. Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>. Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 24/02/2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του μειοδότη, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.5.: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7» του ν.4152/2013 από τη λήψη του τιμολογίου, με την προϋπόθεση της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται, καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.

Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις δεν γίνονται δεκτές.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Κονδύλη Μαργαρίτα
ΓΝ-ΚΥ Νάξου