



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Πληροφορίες: Γρύλλης Λεωνίδα
Ταχ. Δ/ση: Χώρα Νάξου
Τ.Κ.: 84300
Τηλέφωνο: 22853-60595
e-mail: gryllis@naxoshospital.gov.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» για τις ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου

I. Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των νόμων όπως αυτές ισχύουν σήμερα και ιδίως:

1. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014).
3. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις.
4. Τον Ν.2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2001) “Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄81/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
6. Τον Ν.3580/07 (ΦΕΚ 134/Α81/04.04.2005):Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις, του άρθρου 13 του 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31) και της υπουργικής απόφασης 8/2010 (ΦΕΚ Β΄ 777).
7. Τον Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

II. Τα σχετικά έγγραφα και τις αποφάσεις:

1. Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθ. Υ4α/39509, (ΦΕΚ Β΄1157/10-04-2012) Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.
2. Την με Αριθ. Πρωτ.: 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών»

3. Την με Αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.: 11172/7-3-2025 Υπουργική Απόφαση «Λήξη της θητείας της Αναπληρώτριας Διοικήτριας του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ (διασυνδεδεμένου με το Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ και ΠΡΩΙΟ»), ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑΣ και διορισμός νέου Αναπληρωτή Διοικητή, ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΜΙΧΑΗΛ» ΦΕΚ 213/12-3-2025 ΥΟΔΔ.
4. Την με Αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.12501/14-3-2025 Υπουργική Απόφαση «Διορισμός κοινού Διοικητή στα διασυνδεδεμένα Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» & Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, του ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ», ΦΕΚ 283/21-3-2025 ΥΟΔΔ.
5. Την με Αριθ. 3927/22-04-2025 Απόφαση του Κοινού Διοικητή των Διασυνδεδεμένων Γ. Ν. Σύρου “ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ ” και Γ.Ν. – Κ. Υ. Νάξου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής στον Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου κ. Μιχαήλ Ι. Τσαντουλή (ΦΕΚ 2225 Β/08-05-2025). Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αν. Διοικητή του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου, οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας της Νοσοκομειακής Μονάδας, χωρίς αυτό να συνιστά δικαίωμα παράλληλης άσκησης καθηκόντων.
6. Το υπ’ αριθ. Πρωτ.: 1753/20-02-2026 αίτημα έρευνα αγοράς του Τεχνικού Τμήματος – Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ**» του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου.
7. Το γεγονός ότι η υπηρεσία είναι αναγκαία και απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Κάθε ενδιαφερόμενο σε υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ**», σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές για τις ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν έρευνας αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έχοντας ως κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει τιμής**, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	46020	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΜΗΝΕΣ	6

III. Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρησης Μηχανημάτων Ψηφιοποίησης

1. Γενικά

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν την **εξάμηνη** συντήρηση των μηχανημάτων Ψηφιοποίησης, που είναι εγκαταστημένα στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Νάξου.

Περιγραφή Μηχανήματος:	Κωδικός	Σειριακός Αριθμός
CR CLASSIC (Ψηφιοποιητής)	Kn52962515	4000761
DRYVIEW 6850 (Εκτυπωτής)	Kn52513543	68504353

2. Αντικείμενο Συντήρησης

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων καθώς και για όλες τις επισκευές βλαβών που θα προκύψουν ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία των μηχανημάτων Ψηφιοποίησης. **Βασικός στόχος της συντήρησης** είναι η ελαχιστοποίηση των βλαβών και του χρόνου αποκατάστασης των ζημιών. Για αυτό το λόγο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες προληπτικής συντήρησης που προβλέπονται από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, των κατασκευαστικών οίκων του εκάστοτε εξοπλισμού και που

πιθανόν δεν περιγράφονται στην παρούσα τεχνική έκθεση, καθώς και κάθε εργασία που θα χρειαστεί για την αντικατάσταση ανταλλακτικών που δεν προβλέπονται στην παρούσα και νοείται ως συντήρηση.

Η συντήρηση θα περιλαμβάνει την **πλήρη κάλυψη εργασιών-βλαβών** και την **πλήρη κάλυψη των ανταλλακτικών**.

3. Περιγραφή Εργασιών Συντήρησης

Η **εξάμηνη** προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων Ψηφιοποίησης θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες :

1. Για το μηχάνημα CR CLASSIC μία (1) προληπτική συντήρηση ανά εξάμηνο σύμφωνα με τον κατασκευαστικό οίκο.
2. Για το μηχάνημα Dry View 6850 μία (1) προληπτική συντήρηση ανά 20.000 εκτυπώσεις και αλλαγή φίλτρου ανά 7.000 εκτυπώσεις σύμφωνα με τον κατασκευαστικό οίκο, η υλοποίηση της οποίας θα προκύπτει από αποδεδειγμένη με οποιοδήποτε τρόπο ενημέρωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ εγκαίρως, πριν το ανώτατο όριο των εδώ αναφερόμενων εκτυπώσεων.
3. Εργασία τεχνικού για κάλυψη έκτακτων βλαβών.
4. Μετάβαση τεχνικού για κάλυψη έκτακτων βλαβών. Το κόστος μετάβασης, διαμονής, διατροφής των τεχνικών βαρύνει αποκλειστικά τον ΑΝΑΔΟΧΟ.
5. Όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά για αποκατάσταση βλαβών.
6. Απεριόριστη Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη
7. Απομακρυσμένη διάγνωση και πιθανή αποκατάσταση βλαβών μέσω Internet απεριόριστα.

4. Όροι – Προϋποθέσεις

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως εκτελέσει το έργο σύμφωνα με την νομοθεσία, τους κανόνες της Επιστήμης και της Τέχνης, χρησιμοποιώντας άριστης ποιότητας και τεχνολογίας μηχανήματα, υλικά και εργαλεία και βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως πραγματοποιήσει προγραμματισμένα εργασίες συντήρησης των εν λόγω μηχανημάτων:
3. Για το μηχάνημα CR CLASSIC μία (1) προληπτική συντήρηση ανά εξάμηνο σύμφωνα με τον κατασκευαστικό οίκο.
4. Για το μηχάνημα Dry View 6850 μία (1) προληπτική συντήρηση ανά 20.000 εκτυπώσεις και αλλαγή φίλτρου ανά 7.000 εκτυπώσεις σύμφωνα με τον κατασκευαστικό οίκο από ειδικευμένους τεχνικούς κατά τη διάρκεια των εργασίμων ωρών και ημερών, ήτοι από Δευτέρα έως Παρασκευή 08.30 – 16.30. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο των προγραμματιζόμενων προληπτικών συντηρήσεων θα παρέχονται δωρεάν. Για την αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών, τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα παρέχονται δωρεάν – εφόσον η βλάβη δεν προέρχεται από κακόβουλη ενέργεια ή μη ενδεδειγμένη χρήση των μηχανημάτων - από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης.
5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί ημερολόγιο συντήρησης, στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης καθώς επίσης και όλες οι έκτακτες, οι οποίες οφείλονται σε βλάβες, βελτιώσεις και τροποποιήσεις και να ενημερώνει το βιβλίο συντήρησης το οποίο θα υπογράφεται από τον τεχνικό του Αναδόχου και τον υπεύθυνο του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να παραδώσει έκθεση αποτελεσμάτων και παρατηρήσεων στο τέλος των εργασιών συντήρησης.

6. Σε περίπτωση που ο τεχνικός του Αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης προκαλέσει βλάβη από αμέλειά του, οφείλει να την αποκαταστήσει πλήρως και η Υπηρεσία δεν θα επιβαρυνθεί με επιπλέον χρέωση.
7. Ο Ανάδοχος να υποβάλλει με την προσφορά του όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο πιστοποιήσεις διασφάλισης ποιότητας παροχής υπηρεσιών ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 και το πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015.
8. Ο Ανάδοχος να είναι πιστοποιημένος και να συμμορφώνεται με την ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 ΦΕΚ (Β' 32/16.1.2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
9. Ο Ανάδοχος να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επανορθωτικών επισκευών που θα παρουσιαστούν χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Οι επισκέψεις θα γίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή από τις 7:00πμ έως 15:00μμ. εκτός εορτών, αργιών, κλπ.
10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επεμβαίνει για την αποκατάσταση κάθε βλάβης εντός **σαράντα οκτώ (48) ωρών** από την αναγγελία της με την αποστολή εξειδικευμένου τεχνικού στο Γενικό Νοσοκομείο Νάξου. Η βλάβη θα αναγγέλλεται από την Αναθέτουσα Αρχή επωνύμως, τηλεφωνικώς και εγγράφως μέσω fax ή με e-mail. Τα αίτια της βλάβης και η πιστοποίηση των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί τα μηχανήματα εκτός λειτουργίας θα προκύπτουν από έγγραφο ή δελτίο τεχνικού ελέγχου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που θα προσυπογράφεται από το αρμόδιο όργανο του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου.
11. Προληπτικές συντηρήσεις και τυχόν επισκευές δύνανται να συνδυάζονται.
12. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται στην εγκατάσταση χωρίς χρέωση νέων εκδόσεων λογισμικού βελτίωσης και αναβάθμισης της αξιοπιστίας και της λειτουργικότητας οι οποίες παρέχονται δωρεάν από τον κατασκευαστή.
13. Ο Ανάδοχος να δηλώσει εγγράφως ότι έχουν λάβει γνώση όλων των τεχνικών όρων και προδιαγραφών και τους οποίους αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη.

5. Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής

1. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να προβαίνει στις απαιτούμενες και προβλεπόμενες περιοδικές εργασίες συντήρησης των μηχανημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές και υποδείξεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη λειτουργία τους.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται ότι τα μηχανήματα θα χρησιμοποιούνται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και δεν θα μετακινεί τα μηχανήματα χωρίς την ενημέρωση και τη συναίνεση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
3. Για την ταχύτερη αποκατάσταση βλαβών η Αναθέτουσα Αρχή θα συνεργάζεται με τον ΑΝΑΔΟΧΟ μέσω τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης και απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω Internet ακολουθώντας τις υποδείξεις που θα παρέχονται από ειδικευμένο τεχνικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

6. Ειδικοί Όροι

1. Στην παρούσα σύμβαση δεν περιλαμβάνονται ούτε καλύπτονται:
 - Επιδιορθώσεις βλαβών που οφείλονται σε συνθήκες/περιστάσεις/γεγονότα που δεν υπόκεινται στον έλεγχο του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ήτοι: Σεισμός, φωτιά, πλημμύρες, κακόβουλες πράξεις ή άλλες ζημιές που προκάλεσε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συνθήκες λειτουργίας των συσκευών εκτός των προβλεπόμενων προδιαγραφών, επέμβαση στο μηχανήμα από άτομο μη εξουσιοδοτημένο από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, μετακίνηση του μηχανήματος χωρίς τη συναίνεση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
 - Δαπάνες μετακίνησης ή μεταφοράς του μηχανήματος.
 - Έλεγχος και καθαρισμός μηχανήματος που προβλέπεται ότι γίνεται από τον χειριστή του μηχανήματος.
 - Αναλώσιμα υλικά (φίλμ, χαρτιά, κασέτες, ετικέτες, μπαταρίες κλπ.).

2. Η απομακρυσμένη διάγνωση βλαβών πραγματοποιείται μόνο στις ψηφιακές συσκευές που ενσωματώνουν αυτή τη δυνατότητα και απαιτεί από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής, την παροχή γραμμής πρόσβασης στο Internet. Η σύνδεση στο Internet είναι υποχρεωτική για όλα τα συστήματα διαχείρισης και αποθήκευσης εικόνας PACS. Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατό όλες οι βλάβες να διαγνώσκονται με απομακρυσμένη σύνδεση.
3. Η προληπτική συντήρηση θα πραγματοποιείται, σε προγραμματισμένες ημερομηνίες, οι οποίες προηγουμένως θα έχουν κοινοποιηθεί στο αρμόδιο τμήμα του Γ.Ν.Κ.Υ. Νάξου με αντίστοιχη επιστολή από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., εκτός εορτών, αργιών, κλπ.
4. Η συντήρηση και επισκευή θα διεξάγεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της αναδόχου εταιρείας, βάσει των διεθνών ισχυουσών προδιαγραφών του κατασκευαστή. Ο Ανάδοχος να καταθέσει με την προσφορά του τα σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης αυτών για την εξασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των εργασιών επισκευής και συντήρησης.
5. Η κλήση για βλάβες θα γίνεται τηλεφωνικά και με email. Η υποχρέωση του Αναδόχου είναι να ανταποκρίνεται την ίδια μέρα αν η κλήση γίνει πριν τις 11:00πμ ή την επόμενη αν γίνει μετά τις 11:00πμ.
6. Μετά από κάθε εργασία, προληπτική ή επανορθωτική, ο Ανάδοχος θα παραδίδει αναλυτικό δελτίο εργασίας και ανταλλακτικών υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τεχνικού Τμήματος. Όπου απαιτείται θα παραλαμβάνεται και από το Τμήμα των Ακτινοφυσικών.
7. Τέλος, είναι απαραίτητο η πιστοποίηση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού μας και ως εκ τούτου να διαθέτεται επίσημη βεβαίωση καλής λειτουργίας αυτού από τον Ανάδοχο.
8. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες τυχόν βλάβες ή ζημιές που θα προξενηθούν από δική του υπαιτιότητα στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.
9. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά που φέρουν την ένδειξη "EXCHANGE PART" επιστρέφονται στον ΑΝΑΔΟΧΟ, ο οποίος τα παραδίδει στην κατασκευάστρια εταιρεία CARESTREAM και καταγράφονται ως κατεστραμμένα στο βιβλίο συντήρησης των μηχανημάτων, στο οποίο θα υπογράφουν ο τεχνικός του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και ο υπεύθυνος του αρμοδίου τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Νάξου.

IV. Δημοσιότητα

Το πλήρες κείμενο της παρούσας **ερευνά αγοράς** δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια και καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, (<https://www.naxoshospital.gr>).

V. Τεχνική Προσφορά

Η προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή. Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν συμπληρωματικές διευκρινήσεις και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία.

VI. Οικονομική Προσφορά

Προσφορά υποβάλλεται για την παροχή υπηρεσίας όπως αυτή παρουσιάζεται στην εν λόγω **ερευνά αγοράς**. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α'/02.03.2011).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται κατ' ελάχιστο σε 180 ημερολογιακές ημέρες. Τέλος, οι προσφερόμενες τιμές να είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της συμβάσης και να μην αναπροσαρμόζονται.

VII. Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων

Όλοι οι συμμετέχοντες **ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ** μαζί με την προσφορά τους :

1. Να καταθέσουν την αντίστοιχη σελίδα με την τιμή των προσφερομένων ειδών του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν τη διαγωνιστική διαδικασία ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς.
2. Να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.4, του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώσουν ότι :
 - 2.1 τα στοιχεία που αναφέρονται στη προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή,
 - 2.2 έλαβαν γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και αναλόγως θα τηρήσουν,
 - 2.3 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο και ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις,
 - 2.4 αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό εφόσον τους ζητηθεί,
 - 2.5 ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016,
 - 2.6 παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης τους, σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

VIII. Λοιπά Στοιχεία της προς Ανάθεση Υπηρεσίας

Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ήτοι χαμηλότερη τιμή), εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο δέχεται τις προσφορές μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>. Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Εναλλακτικά, η προσφορά αποστέλλεται στο email: info@naxoshospital.gov.gr

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως λόγω περιορισμένης χωρητικότητας του mailbox του Νοσοκομείου (info@naxoshospital.gov.gr), παρακαλείσθε όπως αποστέλλετε τις προσφορές και τα πάσης φύσεως δικαιολογητικά σας, μέσω υπηρεσιών μεταφοράς αρχείων όπως Dropbox, Wetansfer, Onedrive, Google Drive κλπ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 04/03/2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ.

ΙΧ. Τρόπος Πληρωμής- Κρατήσεις

Η πληρωμή του μειοδότη, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.5.: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7» του ν.4152/2013 από τη λήψη του τιμολογίου, με την προϋπόθεση της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται, καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 52445 ΕΞ 2023/04.04.2023 (Β' 2385) Κ.Υ.Α. και στο οποίο θα αναγράφονται: ΑΔΑ, ΑΔΑΜ (κατά περίπτωση) και αριθ. παραγγελίας, ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΚΑΠΤΥ κ.τ.λ.

Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ.

Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ». ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΙΜΗΣ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ