



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Πληροφορίες: Μαργαρίτη Φιλίππα
Ταχ. Δ/ση: Χώρα Νάξου
Τ.Κ.: 84300
Τηλέφωνο: 22853-60595
e-mail: fmargariti@naxoshospital.gov.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» για τις ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου

I. Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των νόμων όπως αυτές ισχύουν σήμερα και ιδίως:

1. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014).
3. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις.
4. Τον Ν.2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2001) "Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α'81/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
6. Τον Ν.3580/07 (ΦΕΚ 134/Α81/04.04.2005):Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις, του άρθρου 13 του 3918/2011 (ΦΕΚ Α' 31) και της υπουργικής απόφασης 8/2010 (ΦΕΚ Β' 777).
7. Τον Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

II. Τα σχετικά έγγραφα και τις αποφάσεις:

1. Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. Υ4α/39509, (ΦΕΚ Β'1157/10-04-2012) Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν.-Κ.Υ Νάξου.
2. Την με Αριθ. Πρωτ.: 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών»

3. Την με Αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.: 11172/7-3-2025 Υπουργική Απόφαση «Λήξη της θτείας της Αναπληρώτριας Διοικήτριας του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ (διασυνδεόμενου με το Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ και ΠΡΩΙΟ»), ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑΣ και διορισμός νέου Αναπληρωτή Διοικητή, ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΜΙΧΑΗΛ» ΦΕΚ 213/12-3-2025 ΥΟΔΔ.
4. Την με Αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.12501/14-3-2025 Υπουργική Απόφαση «Διορισμός κοινού Διοικητή στα διασυνδεόμενα Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» & Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, του ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ», ΦΕΚ 283/21-3-2025 ΥΟΔΔ.
5. Την με Αριθ. 3927/22-04-2025 Απόφαση του Κοινού Διοικητή των Διασυνδεόμενων Γ. Ν. Σύρου “ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ ” και Γ.Ν. – Κ. Υ. Νάξου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής στον Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου κ. Μιχαήλ Ι. Τσαντουλή (ΦΕΚ 2225 Β/08-05-2025). Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αν. Διοικητή του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου, οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας της Νοσοκομειακής Μονάδας, χωρίς αυτό να συνιστά δικαίωμα παράλληλης άσκησης καθηκόντων.
6. Το υπ’ αριθ. **Πρωτ.: 7590/20-07-2026** αίτημα έρευνα αγοράς του Τεχνικού Τμήματος – Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ**» του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου.
7. Το γεγονός ότι η υπηρεσία είναι αναγκαία και απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Κάθε ενδιαφερόμενο σε υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ**», σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές για τις ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν έρευνας αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έχοντας ως κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει τιμής**, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν την ετήσια προληπτική συντήρηση χωρίς ανταλλακτικά των συσκευών αποστείρωσης του Γ.Ν. - Κ.Υ. Νάξου. Αναλυτικότερα πρόκειται για δύο (2) συσκευές του οίκου **BELIMED**, ενός κλιβάνου MST 6-6-6 VS2 FO με S/N: 11433 και ενός πλυντηρίου WD 230 με S/N: 998320182099, που είναι εγκαταστημένα στην Κεντρική Αποστείρωση του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου και ενός κλιβάνου Azteca AC-450 με S/N: 21210009 του οίκου **CELITRON** που είναι εγκαταστημένος στα ΤΕΠ.

Α/Α	ΣΥΣΚΕΥΗ	ΟΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	Serial Number
1	Υγρός Κλιβανος	CELITRON	Azteca AC-450	21210009
2	Υγρός Κλιβανος	BELIMED	MST 6-6-6 VS2 FO	11433
3	Πλυντήριο Χειρουργικών Εργαλείων	BELIMED	WD 230	998320182099

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την προληπτική συντήρηση των συσκευών καθώς και για όλες τις επισκευές βλαβών που θα προκύψουν ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία τους. **Βασικός στόχος της συντήρησης** είναι η ελαχιστοποίηση των βλαβών και του χρόνου αποκατάστασης των ζημιών. Για αυτό το λόγο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες προληπτικής συντήρησης που προβλέπονται από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, των κατασκευαστικών οίκων του εκάστοτε εξοπλισμού και που **πιθανόν δεν περιγράφονται στην παρούσα τεχνική έκθεση**, καθώς και κάθε εργασία που θα χρειαστεί για την αντικατάσταση ανταλλακτικών που δεν προβλέπονται στην παρούσα και νοείται ως συντήρηση.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η προληπτική συντήρηση των συσκευών αποστείρωσης θα περιλαμβάνει δύο (2) περιοδικές επισκέψεις ετησίως, όπου θα πραγματοποιούνται οι εξής εργασίες:

ΚΛΙΒΑΝΟΣ Azteca AC 450:

1. Έλεγχος θαλάμου και μανδύα.
2. Καθαρισμός του φίλτρου θαλάμου.
3. Έλεγχος της θύρας φόρτωσης-εκφόρτωσης και αντικατάσταση ελαστικού (μία φορά ετησίως).
4. Έλεγχος και λίπανση του μηχανισμού σφράγισης της θύρας.
5. Έλεγχος υδραυλικού κυκλώματος και αντλίας κενού.
6. Έλεγχος των ασφαλιστικών βαλβίδων και θερμοστάτη ατμογεννήτριας.
7. Έλεγχος του ηλεκτρικού κυκλώματος, έλεγχος και σύσφιξη επαφών των ηλεκτρικών στοιχείων και αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων καλωδίων.
8. Έλεγχος παραγωγής κορεσμένου ατμού στην ενσωματωμένη ατμογεννήτρια.
9. Αντικατάσταση των ηλεκτροδίων στάθμης απιονισμένου νερού στην ατμογεννήτρια (μία φορά ετησίως)
10. Έλεγχος αισθητήρων θερμοκρασίας και πίεσης και βαθμονόμηση αυτών εφόσον απαιτείται.
11. Εκτέλεση προγράμματος ελέγχου ορθής λειτουργίας του κλιβάνου.
12. Εκτέλεση προγράμματος ελέγχου στεγανότητας του θαλάμου αποστείρωσης.

ΚΛΙΒΑΝΟΣ BELIMED MST 6-6-6 VS2 FO:

1. Έλεγχος θαλάμου και μανδύα.
2. Έλεγχος του υδραυλικού κυκλώματος.
3. Έλεγχος του ηλεκτρικού κυκλώματος, έλεγχος και σύσφιξη επαφών των ηλεκτρικών στοιχείων και αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων καλωδίων.
4. Έλεγχος παραγωγής κορεσμένου ατμού στην ενσωματωμένη ατμογεννήτρια.
5. Έλεγχος αντλίας κενού.
6. Έλεγχος ορθής λειτουργίας της ηλεκτρονικής κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (PLC).
7. Έλεγχος συστημάτων κίνησης θυρών θαλάμου.
8. Αντικατάσταση των δύο ελαστικών παρεμβυσμάτων των θυρών (μία φορά ετησίως) και λίπανση αυτών.
9. Αντικατάσταση του απόλυτου φίλτρου αέρα (μία φορά ετησίως).
10. Ρύθμιση της ποσότητας του τροφοδοτούμενου νερού προς την αντλία κενού.
11. Έλεγχος του ρυθμού αύξησης της πίεσης του θαλάμου αποστείρωσης στην φάση πριν την αποστείρωση.
12. Καθαρισμός του φίλτρου του θαλάμου.

13. Έλεγχος του εσωτερικού και των ηλεκτρικών αντιστάσεων της ατμογεννήτριας.
14. Καθαρισμός όλων των αισθητήρων θερμοκρασίας του θαλάμου.
15. Βαθμονόμηση των αισθητήρων θερμοκρασίας του θαλάμου όταν απαιτείται.
16. Βαθμονόμηση όλων των αισθητήρων πίεσης του κλιβάνου όταν απαιτείται.
17. Εκτέλεση προγράμματος με φορτίο και χωρίς φορτίο στους 134°C και στους 121°C βαθμούς.
18. Εκτέλεση προγράμματος ελέγχου ορθής λειτουργίας του κλιβάνου.
19. Εκτέλεση προγράμματος ελέγχου στεγανότητας του θαλάμου αποστείρωσης.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ BELIMED WD 230:

1. Έλεγχος των υδραυλικών κυκλωμάτων του πλυντηρίου.
2. Έλεγχος ακρίβειας μετρήσεων των αισθητήρων θερμοκρασίας του θαλάμου.
3. Έλεγχος των ηλεκτρικών βαλβίδων και της αντλίας πλύσης.
4. Έλεγχος κυκλώματος αποστράγγισης και καθαρισμός καναλιού υπερχειλίσης.
5. Έλεγχος και καθαρισμός του ελαστικού της θύρας.
6. Έλεγχος οθόνης και πληκτρολογίου.
7. Έλεγχος και καθαρισμός των βραχιόνων πλύσης.
8. Καθαρισμός φίλτρων θαλάμου πλύσης.
9. Έλεγχος των δοσομετρικών αντλιών και αντικατάσταση των σωλήνων τους (μία φορά ετησίως).
10. Έλεγχος και αντικατάσταση του φίλτρου αέρα (μία φορά ετησίως).
11. Έλεγχος των αντιστάσεων και του ανεμιστήρα του συστήματος στεγνώματος.

4. ΟΡΟΙ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος των εργασιών συντήρησης των προαναφερθέντων συσκευών αποστείρωσης, υποχρεούται και θα πρέπει να πληροί απαραίτητα τα εξής:

1. Υποχρεούται να πραγματοποιεί για την προληπτική συντήρηση των συσκευών **δύο (2)** προγραμματισμένες επισκέψεις ανά έτος (**κάθε έξι μήνες**) και έως μία (1) επίσκεψη μέγιστης διάρκειας έως μιας (1) ημέρας για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών. Ο προγραμματισμός θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με το Τεχνικό Τμήμα του Νοσοκομείου.
2. Η χρέωση των ανταλλακτικών για την αποκατάσταση των βλαβών, εάν προκύψουν, θα βαρύνει το Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου.
3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει έγκαιρα το Τεχνικό Τμήμα για τις βλάβες, που πιθανόν θα διαπιστωθούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης, προκειμένου να ληφθεί μέριμνα επισκευής. Η δαπάνη που πιθανόν απαιτηθεί για την αποκατάσταση των βλαβών, βαρύνει το Νοσοκομείο, το οποίο και θα αποφασίζει για την σκοπιμότητα της επισκευής.
4. Οι επισκέψεις θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου και του ανάδοχου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 8:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.
5. Ο Ανάδοχος θα πρέπει με την κατάθεση της προσφοράς του να κάνει γνωστή τη χρέωση για κάθε έκτακτη επίσκεψη επιπλέον της προβλεπόμενης για αποκατάσταση βλάβης προτείνοντας το κόστος ανά εργάσιμη ημέρα ή τυχόν προσαυξήσεις για εξυπηρέτηση σε μη εργάσιμες ημέρες ή ώρες.
6. Θα ακολουθεί υποχρεωτικά και θα εφαρμόσει πιστά όλες τις προδιαγραφές και τις οδηγίες των Οίκων Κατασκευής των συσκευών.
7. Θα εκτελούνται όλες οι εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την καλή λειτουργία των συσκευών σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών.
8. Θα πρέπει να καλύπτει απεριόριστο αριθμό κλήσεων για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης κατά την διάρκεια της σύμβασης και να ανταποκρίνεται εντός σαρανταοχτώ (48) ωρών από την κλήση του Νοσοκομείου.

9. Η συντήρηση και η επισκευή των μηχανημάτων θα γίνεται από τεχνικούς οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι από τον κατασκευαστικό οίκο των συσκευών και θα επισυνάπτουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εκπαίδευσης.
10. Επί ποινής απόρριψης ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει στη προσφορά του εν ισχύ πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001, ISO 14001 και ISO 13485.
11. Να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης Υ.Α.8δ/Γ.Π.1348/04 περί καθορισμού συστήματος ποιότητας των εταιρειών διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
12. Θα πρέπει να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη τεχνική μετατροπή για την καλύτερη και ασφαλή λειτουργία των συσκευών σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων.
13. Ο Ανάδοχος θα αξιολογεί την κατάσταση των μηχανημάτων ώστε να μπορούν να ολοκληρώσουν τις λειτουργίες των προγραμμάτων τους συμπεριλαμβανόμενων και των δικών του λειτουργιών ελέγχου. Η αξιολόγηση θα αφορά τόσο το hardware όσο και το software των συσκευών.
14. Τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα που απαιτούνται για την συντήρηση των συσκευών βαρύνουν τον Ανάδοχο. Θα πρέπει να είναι καινούργια, γνήσια, να προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τον κατασκευαστικό οίκο, να συνοδεύονται από πιστοποιητικά υψηλής ποιότητας και τεχνικής εξυπηρέτησης ISO και να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας. Την ευθύνη της διαχείρισης των αποβλήτων (ανταλλακτικών και αναλώσιμων) που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια της σύμβασης έχει το Νοσοκομείο.
15. Για τα αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά που χρήζουν αντικατάστασης, λόγω βλάβης ή άλλης αιτίας και προκύψουν κατά το στάδιο ελέγχου, θα πρέπει να υπάρξει αναλυτική οικονομική προσφορά του συντηρητή.
16. Η αναθέτουσα αρχή δε θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης η οποία θα προέλθει από αστοχία ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την συντήρηση.
17. Οι τεχνικοί μετά από κάθε επίσκεψη θα συμπληρώνουν ένα Δελτίο Τεχνικής Εξυπηρέτησης στο οποίο θα αναφέρονται λεπτομερώς οι εργασίες που εκτελέστηκαν, ο χρόνος που απαιτήθηκε και θα αναγράφουν όλες τους τις παρατηρήσεις.
18. Μετά από την περάτωση των εργασιών, υποχρεούται να απομακρύνει το σύνολο των άχρηστων και αποβλήτων υλικών που προέκυψαν από τις εργασίες συντήρησης, αφήνοντας τον χώρο καθαρό και σε τάξη.
19. Το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται να συμπεριφέρεται κόσμια προς το προσωπικό του Νοσοκομείου, τους ασθενείς και τους συνοδούς τους.
20. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους κανόνες που ισχύουν στον χώρο εγκατάστασης του Νοσοκομείου, τηρώντας όλα τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας.
21. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε μέσο για την ασφάλεια του προσωπικού του (μέσα ατομικής προστασίας), καθώς και κάθε μέσο για την εξασφάλιση του Νοσοκομείου (χώροι και άτομα εντός αυτού), σχετιζόμενα ευθέως με το αντικείμενο της σύμβασης, σε θέματα ασφάλειας. Καμία οικονομική ή άλλη αξίωση δεν μπορεί να προκύψει από τραυματισμό ατόμων που απασχολεί ο Ανάδοχος, εντός του χώρου του Νοσοκομείου.
22. Ο Ανάδοχος να δηλώσει εγγράφως ότι έχει λάβει γνώση όλων των τεχνικών όρων και προδιαγραφών και τους οποίους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.

5. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Στην προϋπολογισθείσα σχετική δαπάνη για την ετήσια συντήρηση θα συμπεριλαμβάνονται τα κόστη των κάτωθι αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρησή τους:

- Λάστιχα θυρών κλιβάνου Belimed MST 6-6-6 VS2 FO
- Απόλυτο φίλτρο κλιβάνου Belimed MST 6-6-6 VS2 FO
- Φίλτρο αέρος πλυντηρίου Belimed WD230
- Σωληνάκια δοσομετρικών αντλιών πλυντηρίου Belimed WD230

- Λάστιχο θυρών κλιβάνου Azteca AC 450
- Φίλτρο αέρα κλιβάνου Azteca AC 450
- Ηλεκτρόδια στάθμης ατμογεννήτριας κλιβάνου Azteca AC 4570

Στην έννοια αναλώσιμα υλικά δεν περιλαμβάνονται τα ανταλλακτικά των συσκευών που πρέπει να αντικατασταθούν λόγω βλάβης. Η δαπάνη αυτών των τελευταίων βαρύνει το Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου.

III. Δημοσιότητα

Το πλήρες κείμενο της παρούσας **ερευνά αγοράς** δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια και καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, (<https://www.naxoshospital.gr>).

IV. Τεχνική Προσφορά

Η προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή. Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν συμπληρωματικές διευκρινήσεις και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία.

V. Οικονομική Προσφορά

Προσφορά υποβάλλεται για την παροχή υπηρεσίας όπως αυτή παρουσιάζεται στην εν λόγω **ερευνά αγοράς**. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α'/02.03.2011).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται κατ' ελάχιστο σε 180 ημερολογιακές ημέρες. Τέλος, οι προσφερόμενες τιμές να είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της συμβάσης και να μην αναπροσαρμόζονται.

VI. Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων

Όλοι οι συμμετέχοντες **ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ** μαζί με την προσφορά τους :

1. Να καταθέσουν την αντίστοιχη σελίδα με την τιμή των προσφερομένων ειδών του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν τη διαγωνιστική διαδικασία ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς.
2. Να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.4, του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώσουν ότι :
 - 2.1 τα στοιχεία που αναφέρονται στη προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή,
 - 2.2 έλαβαν γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και αναλόγως θα τηρήσουν,
 - 2.3 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο και ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις,
 - 2.4 αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό εφόσον τους ζητηθεί,

- 2.5** ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016,
- 2.6** παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης τους, σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

VII. Λοιπά Στοιχεία της προς Ανάθεση Υπηρεσίας

Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ήτοι χαμηλότερη τιμή), εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο δέχεται τις προσφορές μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>. Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Εναλλακτικά, η προσφορά αποστέλλεται στο email: info@naxoshospital.gov.gr

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως λόγω περιορισμένης χωρητικότητας του mailbox του Νοσοκομείου (info@naxoshospital.gov.gr), παρακαλείσθε όπως αποστέλλετε τις προσφορές και τα πάσης φύσεως δικαιολογητικά σας, μέσω υπηρεσιών μεταφοράς αρχείων όπως Dropbox, Wetansfer, Onedrive, Google Drive κλπ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 10/08/2026, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 μ.μ.

VIII. Τρόπος Πληρωμής- Κρατήσεις

Η πληρωμή του μειοδότη, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.5.: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7» του ν.4152/2013 από τη λήψη του τιμολογίου, με την προϋπόθεση της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται, καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 52445 ΕΞ 2023/04.04.2023 (Β' 2385) Κ.Υ.Α. και στο οποίο θα αναγράφονται: ΑΔΑ, ΑΔΑΜ (κατά περίπτωση) και αριθ. παραγγελίας, ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΚΑΠΤΥ κ.τ.λ.

Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ.

Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ». ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΙΜΗΣ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Κονδύλη Μαργαρίτα
ΓΝ-ΚΥ Νάξου