ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Νάξος, 04/11/2026
Α. Π.: 11826

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Πληροφορίες: Μανωλά Δήμητρα
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Τ.Κ.: 84300
Τηλέφωνο: 2285360595
e-mail: dmanola@naxoshospital.gov.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» για τις ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου

I. Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των νόμων όπως αυτές ισχύουν σήμερα και ιδίως:

1. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.
2. Την 99864/15-12-25 (ΑΔΑ: 6Ξ2346ΝΛΣΞ-446) εγκύκλιο της ΓΓΕ σχετικά με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 118 ν.4412/16.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014).
4. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις.
5. Τον Ν.2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2001) “Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄81/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
7. Τον Ν.3580/07 (ΦΕΚ 134/Α81/04.04.2005):Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις, του άρθρου 13 του 3918/2011 (ΦΕΚ ‘Α 31) και της υπουργικής απόφασης 8/2010 (ΦΕΚ ΄Β 777).
8. Τον Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

II. Τα σχετικά έγγραφα και τις αποφάσεις:

1. Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. Υ4α/39509, (ΦΕΚ Β΄1157/10-04-2012) Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.

04.11.2026 12:26:13
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ
DocuTracks

2. Την με Αριθ. Πρωτ.: 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών»
3. Την με Αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.: 11172/7-3-2025 Υπουργική Απόφαση «Λήξη της θητείας της Αναπληρώτριας Διοικήτριας του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ (διασυνδεόμενου με το Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ και ΠΡΩΙΟ»), ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑΣ και διορισμός νέου Αναπληρωτή Διοικητή, ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΜΙΧΑΗΛ» ΦΕΚ 213/12-3-2025 ΥΟΔΔ.
4. Την με Αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.12501/14-3-2025 Υπουργική Απόφαση «Διορισμός κοινού Διοικητή στα διασυνδεόμενα Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» & Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, του ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ», ΦΕΚ 283/21-3-2025 ΥΟΔΔ.
5. Την με Αριθ. 3927/22-04-2025 Απόφαση του Κοινού Διοικητή των Διασυνδεόμενων Γ. Ν. Σύρου " ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ " και Γ.Ν. – Κ. Υ. Νάξου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής στον Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου κ. Μιχαήλ Ι. Τσαντουλή (ΦΕΚ 2225 Β/08-05-2025). Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αν. Διοικητή του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου, οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας της Νοσοκομειακής Μονάδας, χωρίς αυτό να συνιστά δικαίωμα παράλληλης άσκησης καθηκόντων.
6. Το υπ' αριθ. Πρωτ**.: 11728/03-11-2026** αίτημα έρευνας αγοράς της Προϊσταμένης Διεύθυνσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΓΝ-ΚΥ Νάξου, για την προμήθεια **«ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ»** για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου.
7. Το γεγονός ότι η προμήθεια είναι αναγκαία και απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Κάθε ενδιαφερόμενο σε υποβολή προσφοράς για την προμήθεια **«ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ»** για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου**,** σύμφωνα με τις κατωτέρω τεχνικές προδιαγραφές. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με **απευθείας ανάθεση**, κατόπιν έρευνας αγοράς και πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο κατακύρωσης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,** όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	45247	BOWIE & DICK TEST	ΤΕΜ	160
2	45936	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2ΟΛΕΠΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ	ΤΕΜ	300
3	45245	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ	ΤΕΜ	500
4	47223	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΤΥΠΟΥ 6 ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ	ΤΕΜ/ΔΕΙΚΤΗΣ	500
5	45241	ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΑΤΜΟΥ	ΤΕΜ	1000
6	47224	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ,ΠΙΣΤΟΛΙ	ΤΕΜ	4500
7	45229	ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 30CM Χ100CM	ΤΕΜ	2
8	45228	ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 25CM Χ100CM	ΤΕΜ	4
9	45224	ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 10CM Χ100 CM	ΤΕΜ	5
10	45234	ΧΑΡΤΙ NON-WOVEN 75CMX75CM ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟ	ΤΕΜ/ ΦΥΛ.	400
11	45117	ΧΑΡΤΙ NON – WOVEN 120 CMX120CM ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ	ΤΕΜ/ ΦΥΛ.	480
12	18603	ΧΑΡΤΙ NON -W0NEN 100CMX100CM ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟ	ΤΕΜ/ ΦΥΛ.	320
13	46455	ΑΦΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ RIMMERS	ΤΕΜ	10
14	47225	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ	ΛΙΤΡΟ	10
15	45235	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ -ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ	ΛΙΤΡΟ	35
16	45340	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ	ΛΙΤΡΑ	5
17	45119	ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ	ΛΙΤΡΟ	10

18	45294	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ	ΤΕΜ	1
19	46227	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 9,5 ΜΜΧ25,4ΜΜ	ΤΕΜ	200
20	45231	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΑΤΜΟΥ	ΤΕΜ	1000

III. Τεχνικές Προδιαγραφές Προμήθειας Υλικών Αποστείρωσης

1	45247	BOWIE & DICK TEST	. Να είναι σε μορφή έτοιμου πακέτου, τύπου σπιρτόκουτου, για εύκολο χειρισμό και άνοιγμα. · Να αποτελείται από ένα φύλλο δείκτη σήμανσης και καταγραφής των στοιχείων αποστείρωσης, που φέρει χημική μελάνι χωρίς μόλυβδο, βαρέα μέταλλα, latex και φθαλικές ενώσεις και θα βρίσκεται στο μέσο μιας πορώδους στοιβάδας τουλάχιστον 400 φύλλων από ανακυκλώσιμο χαρτί. · Να ελέγχει όλες τις παραμέτρους κλιβανισμού (χρόνο, θερμοκρασία, υγρασία) και να ανιχνεύει δυσλειτουργίες του κλιβάνου όπως μικροδιαρροές, μη συμπυκνούμενα αέρια, υπέρθερμο ατμό κ.α. · Να έχει απότομη μεταβολή χρωματισμού η οποία να παραμένει σταθερή και αναλλοίωτη για τουλάχιστον 5 έτη. · Ο δείκτης να ανήκει στους δείκτες τύπου 2 (TYPE 2) κατά ISO 11140-1, σύμφωνος και με ISO 11140-4 και να φέρει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την συμμόρφωση του με πρότυπο (να κατατεθεί αντίγραφο του εν ισχύ πιστοποιητικού για το είδος). · Να συνοδεύεται από πίνακα σφαλμάτων στα Ελληνικά και να κατατεθεί.
2	45936	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2ΟΛΕΠΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ	. Βιολογικοί δείκτες ταχείας ερμηνείας για κύκλους σε κλιβάνους ατμού με δυναμική αφαίρεση αέρα [κενού] στους 121-134 βαθμούς. . Να είναι άμεσης επώασης μετά την αποστείρωση και τα αποτελέσματα της επώασης να παρέχονται σε 15-20 λεπτά το μέγιστο . . Συνοδεία με επωαστήρα τουλαχιστο 4 θέσεων με ψηφιακό οπτικό σύστημα αντίστροφη μέτρηση για όλες τις θέσεις με την οπτική και ηχητική ένδειξη αποτελεσμάτων και δυνατότητα εκτύπωσης αυτών. . Τεχνικές προδιαγραφές:Αμπούλες με σπόρους geobacyllous-στεαροθερμόφιλουςpH1 X106 ,με αυτοκόλλητη ετκέτα χημικού δείκτη . . Να πληρούν τις διενθείς προδιαγραφές σύμφωνα προς EN ISO 11138-1:2017, EN ISO 11138-3:2017 και ISO 11140-1:201.· . Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο (Αγγλικό) τεχνικό φυλλάδιο του επωαστήρα με την πιστή μετάφραση στα Ελληνικά. . Να παρέχεται τεχνική υποστήριξη για τον παρεχόμενο εξοπλισμό εντός 24ωρου στην οποία θα περιλαμβάνεται και η αντικατάστασή του, όταν χρειάζεται, το ανωτέρω να βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση.
3	45245	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ	. Βιολογικοί δείκτες ωριαίας ερμηνείας για κύκλους σε κλιβάνους ατμού με δυναμική αφαίρεση αέρα [κενού] στους 121-134 βαθμούς. . Να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα έπειτα από επώαση 1 ώρας. . Συνοδεία με επωαστήρα τουλαχιστο 8 θέσεων με ψηφιακό οπτικό σύστημα αντίστροφη μέτρηση για όλες τις θέσεις με την οπτική και ηχητική ένδειξη αποτελεσμάτων και δυνατότητα εκτύπωσης αυτών. . Τεχνικές προδιαγραφές:Αμπούλες με σπόρους geobacyllous-στεαροθερμόφιλουςpH1 X106 ,με αυτοκόλλητη ετκέτα χημικού δείκτη . . Να πληρούν τις διενθείς προδιαγραφές σύμφωνα προς EN ISO 11138-1:2017, EN ISO 11138-3:2017 και ISO 11140-1:201.· . Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο (Αγγλικό) τεχνικό φυλλάδιο του επωαστήρα με την πιστή μετάφραση στα Ελληνικά. . Να παρέχεται τεχνική υποστήριξη για τον παρεχόμενο εξοπλισμό εντός 24ωρου στην οποία θα περιλαμβάνεται και η αντικατάστασή του, όταν χρειάζεται, το ανωτέρω να βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση.
4	47223	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΤΥΠΟΥ 6 ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ	Να είναι κατάλληλος για προγράμματα αποστείρωσης των κλιβάνων που διαθέτει η Κ. Αποστείρωση του νοσοκομείου στους 5min 134 οC και 15min 121οC. Θα πρέπει να ανταποκρίνεται με ακρίβεια στις καθορισμένες παραμέτρους χρόνου, θερμοκρασίας και κορεσμού του ατμού, προσομοιώνοντας τις συνθήκες αποστείρωσης σύμφωνα με την λειτουργεία των κλιβάνων. Να είναι αυτοκόλλητος ώστε να μπορεί να αρχειοθετηθεί στον φάκελο του ασθενούς. Να έχει μήκους ≥10εκ., για άμεση οπτική επαφή εντός των μεγάλων set (ορθοπεδικά, γυναικολογικά κ.α). Να φέρει πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα τρίτου μέρους, όπως π.χ BSI (British Standards Institution) ή ισοδύναμου ευρωπαϊκού ή διεθνούς φορέα πιστοποίησης. Η πιστοποίηση θα πρέπει να επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση του προϊόντος με το πρότυπο ISO 11140-1 για δείκτες τύπου 6 (TYPE 6). Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό MDR 745/2017 και να κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Να είναι ελεύθερος μολύβδου, βαρέων μετάλλων και latex. Να κατατίθεται φυλλάδιο οδηγιών χρήσης του δείκτη. Να κατατεθούν για την τεχνική αξιολόγηση του είδους, επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη προσκόμισης τους, τα εξής δικαιολογητικά: το ξενόγλωσσο (Αγγλικό) φυλλάδιο του προϊόντος με την πιστή μετάφραση στα Ελληνικά, αντίγραφο του CE, αντίγραφο της ετικέτας, οδηγίες χρήσης, αντίγραφο της καταχώρησης στον Ε.Ο.Φ (μητρώο Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), αντίγραφο της εν ισχύ πιστοποίησης από διαπιστευμένο φορέα τρίτου μέρους και το εν ισχύ πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας του κατασκευαστή και του διανομέα κατά ISO 13485:2016 καθώς και ότι άλλο ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους.
5	45241	ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΑΤΜΟΥ	· Καρτέλες ελέγχου φορτίου αποστείρωσης με χημικό δείκτη μιας χρήσεως. · Οι καρτέλες να είναι χάρτινες μεγάλων διαστάσεων 148 Χ 105 mm και να διαθέτουν ευδιάκριτο χημικό δείκτη για έλεγχο της διαδικασίας αποστείρωσης. · Στην επιφάνεια της κάρτας να υπάρχουν θέσεις καταγραφής για ημερομηνία αποστείρωσης, ημερομηνία λήξης, αριθμό φορτίου, όνομα χειριστή, κ.λπ. καθώς επίσης διαγραμμίσεις για καταγραφή επιπλέον στοιχείων όπως περιεχόμενα κάθε δίσκου εργαλείων, ποσότητες και περιγραφές υλικών.

6	47224	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ,ΠΙΣΤΟΛΙ	Οι ετικέτες να είναι αυτοκόλλητες ,μεγάλων διαστάσεων 22 χ31 mm -0,3mm , ειδικής κατασκευής για να μην αλλοιώνονται σε συνθήκες αποστείρωσης [υψηλής θερμοκρασίας , υγρασίας κτλ.] Να έχουν τρείς σειρές εκτύπωσης για την τοποθέτηση των εξής στοιχείων :α]σειρά : αρχικά υπευθύνου , αριθμός κλιβανισμού ,αριθμός κλιβάνου, β]σειρά : ημερομηνία αποστείρωσης γ]σειρά :ημερομηνία λήξης. Να είναι διπλής επικόλλησης ,ώστε μετά την χρήση των υλικών , να κολλιούνται στο φάκελο του ασθενούς και να επιτυγχάνεται η ιχνηλασιμότητα του αποστειρωμένου φορτίου . Η κόλλα των ετικετών να είναι υψηλής ποιότητας κατάλληλη για επικόλληση σε χαρτί, μέταλλο ,ύφασμα και πλαστικό . Οι ετικέτες να διαθέτουν χρωματικό χημικό δείκτη που να μεταβάλλει το χρώμα όταν έχει περάσει από την διαδικασία της αποστείρωσης με ατμό . Να είναι ελεύθερες φυσικού λάτεξ ,ο δείκτης να είναι τύπου 1 και να εναρμονίζεται με το ISO 11140- 1. Η εκτύπωση και επικόλληση των ετικετών σήμανσης της να γίνεται με την χρήση κατάλληλης συσκευής εκτύπωσης ,η οποία να προσφέρεται. Το μελάνι της συσκευής να περιλαμβάνεται στην προσφορά του συστήματος . Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με πιστή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Απαραίτητη η ύπαρξη της τεχνικής υποστήριξης του υλικού από τον αρμόδιο υπάλληλο της εταιρείας ,για την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων στην εφαρμογή των ετικετών και στην χρήση του ετικετογράφου[να δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση].
7	45229	ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 30CM Χ100CM	Ρολό αποστείρωσης με πιέτα . Να υπάρχει μάρτυρας ανά 15 c και κατά τη διάρκεια του ανοίγματος να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί χωρίς να σκίζεται το χαρτί . Η πλαστική πλευρά είναι μαλακή ,να μην ζαρώνει μετά τον κλιβανισμό και να είναι ανθεκτικό με αντοχή στα βαριά αντικείμενα. .Τεχνικές προδιαγραφές Συμφώνως προς BS EN 11607-1[EN868] ιατρικό χαρτί και πλαστικό διαφανές φίλμ
8	45228	ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 25CM Χ100CM	Ρολό αποστείρωσης με πιέτα . Να υπάρχει μάρτυρας ανά 15 c και κατά τη διάρκεια του ανοίγματος να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί χωρίς να σκίζεται το χαρτί. Η πλαστική πλευρά είναι μαλακή, να μην ζαρώνει μετά τον κλιβανισμό και να είναι ανθεκτικό με αντοχή στα βαριά αντικείμενα. .Τεχνικές προδιαγραφές Συμφώνως προς BS EN 11607-1[EN868] ιατρικό χαρτί και πλαστικό διαφανές φίλμ
9	45224	ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 10CM Χ100 CM	Ρολό αποστείρωσης με πιέτα . Να υπάρχει μάρτυρας ανά 15 c και κατά τη διάρκεια του ανοίγματος να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί χωρίς να σκίζεται το χαρτί. Η πλαστική πλευρά είναι μαλακή , να μην ζαρώνει μετά τον κλιβανισμό και να είναι ανθεκτικό με αντοχή στα βαριά αντικείμενα. . Συμφώνως προς BS EN 11607-1[EN868] ιατρικό χαρτί και πλαστικό διαφανές φίλμ
10	45234	ΧΑΡΤΙ NON-WOVEN 75CMX75CM ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟ	Χαρτί αποστείρωσης κατασκευασμένο από 100% συνθετικές ίνες πολυπροπυλενίου 5 στρωμάτων, τύπου SSMMS και βάρους >45gr/m2 για αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις. · Να προσφέρεται σε εναλλασσόμενη μορφή δύο χρωμάτων (μπλε-πράσινο) . · Να είναι υδρόφοβο και αντιστατικό. . Να μην αφήνει ινίδια. · Να είναι ελεύθερο χημικών και ερεθιστικών ουσιών όπως λάτεξ, φθαλικών ενώσεων κ.α. · Κατάλληλο για αποστείρωση σε κλιβάνους ατμού . Να διατίθεται συσκευασμένο εσωτερικά σε πλαστική σακούλα για προστασία από την σκόνη με έντυπο στοιχείων της παρτίδας για την ιχνηλασιμότητα αυτής, ενώ εξωτερικά σε χαρτοκιβώτιο με δυνατότητα στοίβαξης. · Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 868-2, EN 11607-1 και να φέρει σήμανση CE. . Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με πιστή μετάφραση στα ελληνικά
11	45117	ΧΑΡΤΙ NON – WOVEN 120 CMX120CM ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ	· Χαρτί αποστείρωσης κατασκευασμένο από 100% συνθετικές ίνες πολυπροπυλενίου 5 στρωμάτων, τύπου SSMMS και βάρους >45gr/m2 για αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις. · Να προσφέρεται σε εναλλασσόμενη μορφή δύο χρωμάτων (μπλε-πράσινο) . · Να είναι υδρόφοβο και αντιστατικό. . Να μην αφήνει ινίδια. · Να είναι ελεύθερο χημικών και ερεθιστικών ουσιών όπως λάτεξ, φθαλικών ενώσεων κ.α. · Κατάλληλο για αποστείρωση σε κλιβάνους ατμού . Να διατίθεται συσκευασμένο εσωτερικά σε πλαστική σακούλα για προστασία από την σκόνη με έντυπο στοιχείων της παρτίδας για την ιχνηλασιμότητα αυτής, ενώ εξωτερικά σε χαρτοκιβώτιο με δυνατότητα στοίβαξης. · Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 868-2, EN 11607-1 και να φέρει σήμανση CE. . Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με πιστή μετάφραση στα ελληνικά
12	18603	ΧΑΡΤΙ NON -W0NEN 100CMX100CM ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟ	Χαρτί αποστείρωσης κατασκευασμένο από 100% συνθετικές ίνες πολυπροπυλενίου 5 στρωμάτων, τύπου SSMMS και βάρους >45gr/m2 για αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις. · Να προσφέρεται σε εναλλασσόμενη μορφή δύο χρωμάτων (μπλε-πράσινο) . · Να είναι υδρόφοβο και αντιστατικό. . Να μην αφήνει ινίδια. · Να είναι ελεύθερο χημικών και ερεθιστικών ουσιών όπως λάτεξ, φθαλικών ενώσεων κ.α. · Κατάλληλο για αποστείρωση σε κλιβάνους ατμού . Να διατίθεται συσκευασμένο εσωτερικά σε πλαστική σακούλα για προστασία από την σκόνη με έντυπο στοιχείων της παρτίδας για την ιχνηλασιμότητα αυτής, ενώ εξωτερικά σε χαρτοκιβώτιο με δυνατότητα στοίβαξης. · Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 868-2, EN 11607-1 και να φέρει σήμανση CE. . Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με πιστή μετάφραση στα ελληνικά
13	46455	ΑΦΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ RIMMERS	• Ενζυματικός αφρός για αποφυγή στεγνώματος του αίματος πάνω στην επιφάνεια των εργαλείων. • Έτοιμος προς χρήσης, να περιέχει μίγμα ανιονικών και αμφοτερικών τασιενεργών ως καθαριστικές ουσίες καθώς και ένζυμα.

			• Να μην επισημαίνεται ως οξειδωτικό, διαβρωτικό, καυστικό για τα υλικά και μη ερεθιστικό για τον χρήστη (να κατατεθεί το οικοτοξικολογικό προφίλ του σκευάσματος στα Αγγλικά με την Ελληνική μετάφραση του). • Να είναι βακτηριοστατικό ώστε να μην επιτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών και να μπορεί να παραμείνει με ασφάλεια επάνω στα εργαλεία έως και 72 ώρες .Να είναι σε δοχείο υπό πίεση ,με σωληνάκι προέκτασης για να εισχωρεί στους αυλούς των εργαλείων και τις αναρροφήσεις • Να κατατεθούν για την αξιολόγηση του είδους τα πρωτότυπα ξενόγλωσσα (Αγγλικά) με την πιστή μετάφραση τους στην Ελληνική τα εξής δικαιολογητικά: α) το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, β) το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την Κανονισμό ΕC 1907/2006 και το CLP, γ) οι απαιτούμενες εγκρίσεις (CE, Ε.Μ.Χ.Π κ.λπ), δ) το οικοτοξικολογικό προφίλ του προϊόντος και ε) τα εν ισχύ κατασκευαστικά πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001
14	47225	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ Να περιέχει ανιονικά και μη ιονικά τασιενεργά με την προσθήκη ενζύμων σε pH διαλύματος >10 (όχι μεγαλύτερο όμως του 12) ώστε να διαλύει το βιολογικό φορτίο σε λίγο χρόνο από τα δύσκολα σημεία των εργαλείων π.χ. από τις αρθρώσεις και τους αυλούς . Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την χρήση ουδετεροποιητικού υγρού. Να μην προκαλεί καμία είδους αλλοίωση σε πλυντήρια και εργαλεία (διαβρώσεις, αποχρωματισμούς κ.λπ) και να κατατεθούν για το προσφερόμενο προϊόν πιστοποιήσεις συμβατότητας επίσημων κατασκευαστών εργαλείων και πλυντηρίων επί ποινή απόρριψης. Να είναι συμβατό με το διαβρεκτικό και το ουδετεροποιητικό χρήσης. Να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστή με σαφή ονομασία των προϊόντων που είναι συμβατό. Να διαθέτει σήμανση CE, καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π εφόσον απαιτείται βάση επισήμανσης και καταχώρηση στον Ε.Ο.Φ βάση της ισχύουσας νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Να δίνεται η τιμή πυκνού προϊόντος καθώς και η τιμή έτοιμου λίτρου διαλύματος μετά την προτεινόμενη κατασκευαστική αραίωση. Να κατατεθούν επιπροσθέτως για την αξιολόγηση του είδους και επί ποινή απόρριψης σε μη κατάθεση τους τα εξής: α) το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος (Αγγλικό με την πιστή Ελληνική μετάφραση) β) το εν ισχύ Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την Κανονισμό ΕC 1907/2006 και το CLP (Αγγλικό με την πιστή Ελληνική μετάφραση) γ) τα εν ισχύ πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή ISO 13485, ISO 14001(Αγγλικό με την πιστή Ελληνική μετάφραση) δ) οι απαιτούμενες βάση Ελληνική και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας εγκρίσεις (CE, Ε.Μ.Χ.Π , Ε.Ο.Φ κ.λπ) καθώς και ότι άλλο ζητείτε από τις προδιαγραφές του είδους. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - 4ΛΙΤΡΟ Ή 5 ΛΙΤΡ0 **Α/Α: 14 , 16 ΚΑΙ 17 ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ**
15	45235	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ **1.** Να είναι υγρό, σε συμπυκνωμένη μορφή ,κατάλληλο για τον καθαρισμό και την απολύμανση για την εμβαπτιση των χειρουργικών εργαλείων (στο χέρι). **2.** Να είναι βακτηριοκτόνο σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου EN 13727 / EN 14561 , μυκητοκτόνο με EN 13624 / EN 14562 και ιοκτόνο {HIV, HCV, HBV } σύμφωνά με EN 14476 /EN 17111 και με δραστικό έναντι μυκοβακτηριδίων . **3.** Να είναι χαμηλού αφρισμού για να υπάρχει πλήρης ορατότητας των αιχμηρών εργαλείων στην εμβάπτιση. **4.** Να μην αφήνει υπολείμματα στα χειρουργικά εργαλεία . **5.** Να συνοδεύεται από δοσομετρική αντλία. **6.** Να φέρει σήμανση της CE. **7.** Ο χρόνος δράσης να είναι max 15 ΄. **8.** Να είναι κατάλληλο για τη χειρωνακτική χρήση από το προσωπικό και να μην παρουσιάζει ερεθιστική δράση κατά την προβλεπόμενη χρήση. **9.** Να παρέχεται τεχνικό φυλλάδιο και σε περίπτωση εισαγόμενου προϊόντος το τεχνικό φυλλάδιο να είναι επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα . **10.** Οι παρασκευαστές του είδους να είναι πιστοποιημένοι με τα εν ισχύ πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 , ISO 13485 και ISO 14001 .
16	45340	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ	• Να βοηθάει στο στέγνωμα των χειρουργικών εργαλείων μειώνοντας τον χρόνο και την θερμοκρασία στεγνώματος. • Να διατίθεται σε συμπυκνωμένη μορφή. • Να ξεπλένεται εύκολα και να μην αφήνει στίγματα στα χειρουργικά εργαλεία. · Σε συσκευασία 5lt με πώμα ασφαλείας με χρωματική κωδικοποίηση για αποφυγή λανθασμένης τοποθέτησης του δοχείου • Να είναι τοξικολογικά ελεγμένο και να αποδεικνύεται από ανεξάρτητη μελέτη (να κατατεθεί η μελέτη επί ποινή απόρριψης) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 10993- 1 περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. • Να είναι του ιδίου κατασκευαστή και συμβατό με το απορρυπαντικό και το διαβρεκτικό χρήσης . Να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστή με σαφή ονομασία των προϊόντων που είναι συμβατό. • Να διαθέτει σήμανση CE και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π εφόσον απαιτείται π.χ εάν επισημαίνεται. Για όλα τα προϊόντα να κατατεθούν τα ξενόγλωσσο φυλλάδια με πιστή μετάφραση στα Ελληνικά, τα κατασκευαστικά ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την Κανονισμό ΕC 1907/2006 και CLP και οι απαιτούμενες εγκρίσεις κατά περίπτωση (Ε.Μ.Χ.Π, CE) καθώς και ότι άλλο απαιτείται από τις προδιαγραφές των ειδών. **Α/Α: 14 , 16 ΚΑΙ 17 ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ**
17	45119	ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ	· Να είναι συμπυκνωμένο όξινο υγρό, κατάλληλο για την ουδετεροποίηση των αλκαλικών υπολειμμάτων. · Να περιέχει οργανικά οξέα άνω του 40%. · Χωρίς φωσφορικά και νιτρικά οξέα. · Χωρίς τασιενεργά για εύκολο ξέβγαλμα χωρίς υπολείμματα. · Να διαθέτει σήμανση CE και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π ή στο PCN εφόσον απαιτείται βάση επισήμανσης. · Να είναι του ιδίου κατασκευαστή και συμβατό με το απορρυπαντικό και το διαβρεκτικό χρήσης. .Να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστή με σαφή ονομασία των προϊόντων που είναι συμβατό. · Σε συσκευασία 5lt με πώμα ασφαλείας με χρωματική κωδικοποίηση για αποφυγή λανθασμένης

			τοποθέτησης του δοχείου. · Να διαθέτει σήμανση CE και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π. εφόσον απαιτείται π.χ. εάν επισημαίνεται . .Για όλα τα προϊόντα να κατατεθούν τα ξενόγλωσσο φυλλάδια με πιστή μετάφραση στα Ελληνικά, τα κατασκευαστικά ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την Κανονισμό ΕC 1907/2006 και CLP και οι απαιτούμενες εγκρίσεις κατά περίπτωση (Ε.Μ.Χ.Π, CE) καθώς και ότι άλλο απαιτείται από τις προδιαγραφές των ειδών. **Α/Α: 14 , 16 ΚΑΙ 17 ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ**
18	45294	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ	Βούρτσα καθαρισμού πολλαπλών χρήσεων, με αντιμικροβιακές νάιλον τρίχες Με δυνατότητα πλύσης σε πλυντήρια απολυμαντές. Κάθε συσκευασία να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και τις διαδικασίες επανεπεξεργασίας. Η διαστάσεις της βούρτσας 6,4mm Χ μήκος 50mm και συνολικού μήκους 30cm περίπου. Οι οδηγίες χρήσης του προϊοντος να ειναι στα ελληνικά και να φέρει την σύμανση της CE σύμφωναμε τον ισχύοντα κανονισμό 2017/745 (MDR).
19	46227	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 9,5 ΜΜΧ25,4ΜΜ	• Θήκες για την προστασία ευαίσθητων χειρουργικών εργαλείων κατασκευασμένες από θερμοανθεκτικό πλαστικό. • Να διαθέτουν οπές για καλή διείσδυση του ατμού, με μικρή ποσότητα λιπαντικής ουσίας συμβατή με αποστείρωση σε ατμό. • Εσωτερικά της θήκης να υπάρχουν εξοχές ώστε το εργαλείο να μην εφάπτεται με το πλαστικό και να μπορεί να έρχεται σε επαφή με το αποστειρωτικό μέσο. • Να είναι ελεύθερες λάτεξ. • Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο (Αγγλικό) φυλλάδιο με πιστή μετάφραση στα Ελληνικά και το ισχύον πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας ISO 13485 του εργοστασίου κατασκευής και του διανομέα.
20	45231	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΑΤΜΟΥ	• Ετικέτες με δείκτη ατμού για τα κοντεϊνερ διαστάσεων 40*67mm +/-0,5mm • Μη αυτοκόλλητες • Τεσσάρων γραμμμών εγγραφής • Ο δείκτης να εναρμονίζεται με πρότυπο ΕΝ11140-1 • Να μην περιέχουν φυσικό latex

IV. Τόπος και Χρόνος Παράδοσης

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη στο **Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου**, στην διεύθυνση: Χώρα Νάξου, Τ.Κ 84300, **με δική του χρέωση και ευθύνη**.

Η ανωτέρα προμήθεια να μπορεί να υλοποιηθεί **άμεσα** και κατόπιν έγγραφης παραγγελίας από το ΓΝ-ΚΥ Νάξου, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00πμ-14:00μμ.

V. Τρόπος Παράδοσης - Παραλαβής

Η προμήθεια των ανωτέρω θα γίνει τμηματικά ή εξ ολοκλήρου για την ποσότητα που αναφέρεται στην παραγγελία και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια.

Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται: ΑΔΑ, ΑΔΑΜ (κατά περίπτωση) και αριθ. παραγγελίας, ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου και η επωνυμία σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο).

Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές ή είναι ελαττωματικά, θα αντικαθίστανται δωρεάν ΆΜΕΣΑ.

VI. Δημοσιότητα

Το πλήρες κείμενο της παρούσας **έρευνας αγοράς** δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια και καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, (https://www.naxoshospital.gr).

VII. Τεχνική Προσφορά

Η προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή. Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν συμπληρωματικές διευκρινήσεις και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία.

VIII. Οικονομική Προσφορά

Προσφορές υποβάλλονται για τα υπό προμήθεια είδη, όπως αυτά παρουσιάζονται στην εν λόγω έρευνα αγοράς. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά, αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α'/02.03.2011).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται κατ' ελάχιστο σε 180 ημερολογιακές ημέρες. Τέλος, οι προσφερόμενες τιμές να είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της συμβάσης και να μην αναπροσαρμόζονται.

IX. Ειδικοί Όροι συμμετοχής

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρο αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
3. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

X. Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων

Όλοι οι συμμετέχοντες **ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ** μαζί με την προσφορά τους :

1. Να καταθέσουν την αντίστοιχη σελίδα με την τιμή των προσφερομένων ειδών του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν τη διαγωνιστική διαδικασία ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς.
2. Να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.4, του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώσουν ότι :
   - **2.1** τα στοιχεία που αναφέρονται στη προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή,
   - **2.2** έλαβαν γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και αναλόγως θα τηρήσουν,
   - **2.3** είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο και ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις,
   - **2.4** αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό εφόσον τους ζητηθεί,
   - **2.5** ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016,
   - **2.6** παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης τους, σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

XI. Λοιπά Στοιχεία της προς Ανάθεση Υπηρεσίας

Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ήτοι χαμηλότερη τιμή), εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο δέχεται τις προσφορές μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (http://isupplies.gr) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέστε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: http://isupplies.gr/auth/register. Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Εναλλακτικά, η προσφορά αποστέλλεται στο email: info@naxoshospital.gov.gr

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως λόγω περιορισμένης χωρητικότητας του mailbox του Νοσοκομείου (info@naxoshospital.gov.gr), παρακαλείσθε όπως αποστέλλετε τις προσφορές και τα πάσης φύσεως δικαιολογητικά σας, μέσω υπηρεσιών μεταφοράς αρχείων όπως Dropbox, Wetransfer, Onedrive, Google Drive κλπ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται 6/11/2026 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ.

XII. Τρόπος Πληρωμής- Κρατήσεις

Η πληρωμή του μειοδότη, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.5.: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7» του ν.4152/2013 από τη λήψη του τιμολογίου, με την προϋπόθεση της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται, καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολόγιου δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 52445 ΕΞ 2023/04.04.2023 (Β' 2385) Κ.Υ.Α. και στο οποίο θα αναγράφονται: ΑΔΑ, ΑΔΑΜ (κατά περίπτωση) και αριθ. παραγγελίας, ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΚΑΠΤΥ κ.τ.λ.

Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η υπηρεσία, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΑΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ.

Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ». ΤΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΙΜΗΣ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Κονδύλη Μαργαρίτα
ΓΝ-ΚΥ Νάξου